סימננו :אב - 654

# טופס לבדיקת אודיומטרים

תוצרת: SIEMENS דגם UNITY 3 מיקום אופטילסנטר שבסניף שבביג חדרה S\N: 23001868

תאריך הבדיקה11/03/2025 תוקף הבדיקה 11/03/2026

בכל מקרה הנחיות היצרן מחייבות

לפי תקן ANSI S3.6

**מכשירי הבדיקה שאיתם נערך הכיול:**

Sound Level Meter- דגם 2250 Bruel&Kjear

Artificial Mastoid - דגם 4930 Bruel&Kjear

1. **בדיקת שלמות כללית**

| | |
|---|---|
| 1.1 כבל תקני, תקע כוח | תקין |
| 1.2 כבלים לאביזרים השונים (כולל כבלים מאריכים) | תקין |
| 1.3 קשת, אוזניות, קשת .Bone Vib | תקין |
| 1.4 סוג האוזניות | HDA350 |
| 1.6 פעולה חלקה של הלחצנים והמפסקים למינהם | תקין |
| 1.7 אוזניות HF | תקין |

2. **בדיקת פעולה**

| | |
|---|---|
| 2.1 צליל נקי | תקין |
| 2.2 פעולה תקינה של כל התדרים באוזניות וב- F.F ,Bone Cond | תקין |
| 2.3 Masking | תקין |
| 2.4 S.R.Mic.Patient Signal | תקין |
| 2.5 Monitor, Talk Over, Talk Back | תקין |

| | |
|---|---|
| 2.6 VU. Meter | תקין |
| 2.7 F,M, Pulse | תקין |
| 2.8 כל הנוריות | תקין |
| 2.9 Test Presentation אי קיום קליקים | תקין |

3. **<u>בדיקת תדרים</u>**

<u>טעות מותרת (3% +)</u>

| | CH | (Hz) FREQUENCY |
|---|---|---|
| 243 – 258 | 250 | 250 |
| 485 – 515 | 503 | 500 |
| 728 – 773 | 750 | 750 |
| 930 – 1030 | 1020 | 1000 |
| 1455 – 1545 | 1500 | 1500 |
| 1940 – 2060 | 2000 | 2000 |
| 2910 – 3090 | 3010 | 3000 |
| 3880 – 4120 | 4010 | 4000 |
| 5820 – 6186 | 6090 | 6000 |
| 7760 – 8240 | 8005 | 8000 |

4. **<u>בדיקת רמת אקוסטית PURE – TONE</u>**

טעות מותרת

| | CH L.AIR | CH R.AIR | (Hz) FREQUENCY |
|---|---|---|---|
| ± 3db | תקין | תקין | 250 |
| ± 3db | תקין | תקין | 500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ± 3db | תקין | תקין | 750 |
| ± 3db | תקין | תקין | 1000 |
| ± 3db | תקין | תקין | 1500 |
| ± 3db | תקין | תקין | 2000 |
| ± 3db | תקין | תקין | 3000 |
| ± 3db | תקין | תקין | 4000 |
| ± 3db | תקין | תקין | 6000 |
| ± 3db | תקין | תקין | 8000 |

5. **<u>דיוק המנחת:</u>**

| | |
|---|---|
| CH | |
| 5db 5.1 | תקין |
| 1db 5.2 | תקין |

6. **<u>בדיקת רמת ה- BONE</u>**

| **<u>ערך</u>** | **<u>תדר</u>** |
|---|---|
| תקין | 250 |
| תקין | 500 |
| תקין | 750 |
| תקין | 1000 |
| תקין | 1500 |
| תקין | 2000 |
| תקין | 3000 |
| תקין | 4000 |

הערה : יש להקפיד שה- CH הלא נבדק לא יהיה במצב BONE.

7. **MASKING**

| L | R | סוג הרעש |
|---|---|---|
| תקין | תקין | W.N |
| תקין | תקין | N.B.N |
| תקין | תקין | SP.N |

8. **SPEECH.**

| L | R | |
|---|---|---|
| תקין | תקין | 70db MIC |

9. **FREE FIELD**

| L | R | (Hz) FREQUENCY |
|---|---|---|
| תקין | תקין | 250 |
| תקין | תקין | 500 |
| תקין | תקין | 750 |
| תקין | תקין | 1000 |
| תקין | תקין | 1500 |
| תקין | תקין | 2000 |
| תקין | תקין | 3000 |
| תקין | תקין | 4000 |

10. **<u>תדר גבוה</u>**

| L | R | FREQUENCY (Hz) |
|---|---|---|
| תקין | תקין | 9000 |
| תקין | תקין | 10000 |
| תקין | תקין | 11200 |
| תקין | תקין | 12500 |
| תקין | תקין | 14000 |
| תקין | תקין | 16000 |
| תקין | תקין | 18000 |
| תקין | תקין | 20000 |

**שם הבודק** **תאריך**

**יבגני פיינשטיין** **13/03/2025**