20/02/2024

לכבוד
אופטיקל סנטר
חולון

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 20/02/2024 את מכון השמיעה שלכם שברחוב הפלד 7 חולון ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 3.16 X 2.86 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 44db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	19
500	16	15.3
1000	13	8.3
2000	14	9.6
4000	11	10.5
8000	14	12.2

תוקף בדיקת התא 20/02/2026.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . בעל מספר סידורי 24003053תוקף כיול **20/02/25**

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
יבגני פיינשטיין
מנהל תחום שמיעה