18/09/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף אשקלון

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך **18/09/2025** את מכון השמיעה שלכם שבסילבר פאואר סנטר אשקלון ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.90 X 4.4 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 45db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	16.5
500	16	14.1
1000	13	12
2000	14	14
4000	11	10
8000	14	11

תוקף בדיקת התא 18/09/2027.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . בעל מספר סידורי 24003432תוקף כיול **18/09/26**

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי