19/06/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף בני ברק

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך **19/06/2025** את מכון השמיעה שלכם שרבי עקיבא 128 בבני ברק ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.50 X 3.74 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 44db בתדר של 1000Hz. לפי תקן E336 – ESTM .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	19
500	16	12
1000	13	8.9
2000	14	8.5
4000	11	11
8000	14	11

תוקף בדיקת התא 19/03/2027.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE ו-F.F בעל מספר סידורי 24003482 והכולל גם מערכות HIT ו-REM . כיול **19/06/26**

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי