09/03/2026

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף נתיבות

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 09/03/2026 את מכון השמיעה שלכם בעלי המלכה 5 נתיבות ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.50 X 3.5 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 43db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	18
500	16	10.3
1000	13	11.5
2000	14	7.5
4000	11	8.1
8000	14	7.8

תוקף בדיקת התא 09/03/2028.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות BONE, ו-F.F אוזניות insert בעל מספר סידורי 24003509תוקף כיול **09/03/2027**

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .

ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי