23/12/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף כרמיאל

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 23/12/2025 את מכון השמיעה שלכם שבמעלה כמון 9 כרמיאל ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 3.5X 3.5מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 40db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	17
500	16	11
1000	13	9
2000	14	10.5
4000	11	10
8000	14	13

תוקף בדיקת התא 23/12/2027.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE , ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . בעל מספר סידורי 24003883תוקף כיול **23/12/2026**
3. טימפנומטר מדגם nano tymp תוצרת חב' path medical ובעל מספר סידורי 100043 ,5היכול לבצע TYMP ו- REFLEX IPSI תוקף הכיול של הטימפנומטר הינו **28/12/2026**

בוצע בדיקה לטימפונומטר

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
יבגני פיינשטיין