19/10/2026

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף רגבה

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 19/10/2026 את מכון השמיעה שלכם שביג רגבה מושב רגבה ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 1.80 X 2.01מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 45db בתדר של 1000Hz. לפי תקן E336 – ESTM .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של db 65.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	18
500	16	15
1000	13	7.1
2000	14	9.5
4000	11	10
8000	14	12

תוקף בדיקת התא 19/10/2028.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE ו-F.F בעל מספר סידורי 24003749 והכולל גם מערכות HIT ו-REM. תוקף כיול של אודיומטר **19/10/2027**
3. טימפנומטר מדגם nano tymp תוצרת חב' path medical ובעל מספר סידורי 1000434,היכול לבצע TYMP תוקף בדיקה של הטימפנומטר הינו **19/10/2027**
   - בוצע בדיקה לטימפונומטר

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי