05/02/2024

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף באר שבע מקס אמות

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 05/02/2024 את מכון השמיעה שלכם שבמקס אמות בבאר שבע בחדר 1 ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 3.4 X 2.9מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 45db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	20.1
500	16	13.6
1000	13	8.2
2000	14	5.3
4000	11	7.4
8000	14	8.2

תוקף בדיקת התא 05/02/2026.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE , ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . s/n:24004236 תוקף הכיול שלו הינו 05/02/2025. לפי תקן ANSI S3.6 2004

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
יבגני פיינשטיין
מנהל תחום שמיעה