כללית
הנדסה רפואית בע"מ

11/02/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף רעננה

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 11/02/2025 את מכון השמיעה שלכם החרושת 32 רעננה ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.78 X 3.2 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 47db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של db 65.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	18
500	16	11.1
1000	13	11
2000	14	10
4000	11	10.5
8000	14	12

תוקף בדיקת התא 11/02/2027.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE , ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . בעל מספר סידורי 24003647תוקף כיול **11/02/2026**

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי