14/07/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף טבריה

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 14/07/2025 את מכון השמיעה שלכם שב רחוב ירדן טבריה ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.85 X 3.12 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 40db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של db 65.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	17.1
500	16	11.5
10	13	12.2
2000	14	12.4
4000	11	9
8000	14	9.5

תוקף בדיקת התא 14/07/2027.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל סידורי 24004229 בעל יציאות לאוזניות , BONE, F.F- והכולל גם מערכות HIT ו-REM . כיול **14/07/26**
3. טימפנומטר מדגם nano tymp תוצרת חב' path medical ובעל מספר סידורי 1000437 ,היכול לבצע TYMP ו- IPSI תוקף הכיול של הטימפנומטר הינו **14/07/2026**

*טימפונומטר ניבדק ולא כויל

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
יבגני פיינשטיין
מנהל תחום שמיעה

רח' יוני נתניהו 1 ג' מבנה מס' 4 , אור יהודה
מען למכתבים : ת.ד. 730, אור יהודה
טל. : 03-5389520
פקס : 03-5387338
מייל : YeucEm@clalit.org.il
מוקד שרות ארצי 5515*
www.cbm.org.il
אופטיקל סנטר טבריה25