02/07/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף קריית שמונה

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 02/07/2025 את מכון השמיעה שלכם שברחוב תל חי 100 קריית שמונה ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 3 X 2 מ' ברוחב דלת של 80 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 45db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של db 65.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	18.1
500	16	11.8
1000	13	12
2000	14	11
4000	11	11
8000	14	12

תוקף בדיקת התא 02/07/2027.

2. אודיומטר מדגם UNITY 4 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . בעל מספר סידורי 24004979תוקף כיול **02/07/2026**

לאור זאת לדעתי תא השמיעה במכון עומד בדרישות משרד הבריאות לביצוע בדיקות שמיעה הן לילדים והן למבוגרים .

.

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי