22/01/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף כפר סבא

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 22/01/2025 את מכון השמיעה שלכם שעתיר ידע 2 כפר סבא ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.80 X 2.55מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 45db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של db 65.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	15.6
500	16	12.9
1000	13	8.1
2000	14	8.9
4000	11	7.0
8000	14	7.5

תוקף בדיקת התא 22/01/2027.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE ו-F.F בעל מספר סידורי 24004167 והכולל גם מערכות HIT ו-REM . כיול **22/01/2026**

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי