כללית
הנדסה רפואית בע"מ

# טופס לבדיקת טימפונומטר

תוצרת Path medical.דגם nano Tymp מיקום: אופטיקל סנטר סוקולוב 90 רמת השרון מספר סידורי/1000418

תאריך הבדיקה **23/12/25** תוקף הבדיקה **23/12/26**

בכל מקרה הנחיות היצרן מחייבות

לפי תקן ANSI S3.39

ולפי תקן IEC 1027

**מכשירי הבדיקה שאיתם נערך הכיול:**

Sound Level Meter- דגם Bruel&Kjear 2250

Artificial Mastoid - דגם Bruel&Kjear 4930

CALIBRATION CAVITY

1. **בדיקת שלמות כללית**

| | |
|---|---|
| 1.1 כבל, תקע כוח והתאמת הנתיך | תקין |
| 1.2 סוג אוזניית CONTRA | אין |
| 1.3 פעולה חלקה של הלחצנים | תקין |
| 1.4 מצב כללי של המכשיר | תקין |

2. **בדיקת פעולה**

| | |
|---|---|
| 2.1 צליל נקי | תקין |
| 2.2 איכות תצוגה | תקין |

**בדיקת PROBE**

| | |
|---|---|
| 1. תדר 226 Hz . | תקין |
| 2. נפח 0.5 cc | תקין |
| 3. נפח 2 cc . | תקין |
| 4. לחץ 0 daPa | תקין |

**שם הבודק** **תאריך**

**טל מסיקה** **23/12/25**