כללית
הנדסה רפואית בע"מ

29/01/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
בת ים

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך **29/01/2025** את מכון השמיעה שלכם שברחוב רב ניסנבאום 37 בת ים ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.75 X 2.2 מ' ברוחב דלת של 80 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 40db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	17.7
500	16	11.1
1000	13	7.9
2000	14	7
4000	11	6.9
8000	14	8.5

תוקף בדיקת התא **29/01/2027**.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל מספר סידורי 24004166 בעל יציאות לאוזניות , BONE, ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . תוקף הכיול שלו לפי תקן ANSI S3.6 2004 הינו **29/01/2026**.

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .

ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי