08/07/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף נוף הגליל

הנדון : חוות דעת

לבקשתכם בדקתי בתאריך **08/07/2025** את התא השמיעה שלכם שב גילבוע 1 נוף הגליל :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 230X250סמ׳ ברוחב דלת של 90 ס״מ ובעל הנחתת רעש של 40 db בתדר של Hz 1000. לפי תקן ASTM E-336.
2. להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65db

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	17
500	16	13.1
1000	13	11
2000	14	13.3
4000	11	10.5
8000	14	13.2

תוקף בדיקת התא **08/07/2027**

3. אודיומטר מדגם UNITY 4 מתוצרת חב׳ SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . בעל מספר סידורי 24004989תוקף כיול **08/07/2026**
4. טימפנומטר מדגם nano tymp תוצרת חב׳ path medical ובעל מספר סידורי 1000426, היכול לבצע TYMP תוקף הכיול של הטימפנומטר הינו **08/07/2026**
   - בוצע בדיקה לטימפונומטר
5. **לאור זאת לדעתי תא השמיעה במכון עומד בדרישות משרד הבריאות לביצוע בדיקות שמיעה הן לילדים והן למבוגרים .**

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
יבגני פיינשטיין
מנהל תחום שמיעה