03/11/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף אריאל

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך **03/11/2025** את מכון השמיעה שלכם שברמת הגולן 2 אריאל ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.80 X 3.55 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 40db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של db 65.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	17.5
500	16	13.1
1000	13	7.8
2000	14	9.8
4000	11	8.9
8000	14	8.9

תוקף בדיקת התא 03/11/2027.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל סידורי 24003483 בעל יציאות לאוזניות ,BONE , F.F-ו והכולל גם מערכות HIT ו-REM . כיול **03/11/2026**
3. טימפנומטר מדגם nano Tymp תוצרת חב' Path medical ובעל מספר סידורי 1000415,היכול לבצע טימפונומטריה תוקף הבדיקה של הטימפנומטר הינו **03/11/2026**.

- **נבדק כיול של טימפונומטר**

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי