28/01/2024

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף קריית עקרון

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך **28/01/2024** את מכון השמיעה שלכם שבבילו סנטר קריית עקרון ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.50 X 2.5 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 40db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	18
500	16	13.4
1000	13	8.1
2000	14	6
4000	11	7.6
8000	14	7.2

תוקף בדיקת התא 28/01/2026.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . בעל מספר סידורי 24003415תוקף כיול **28/01/2025**

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
יבגני פיינשטיין
מנהל תחום שמיעה