21/10/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
מגדל העמק

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 21/10/2025 את מכון השמיעה שלכם שבשמאול אמור 77 במגדל העמק ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.80 X 2.08 מ' ברוחב דלת של 80 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 42db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	20
500	16	15.3
1000	13	10.5
2000	14	9.5
4000	11	8
8000	14	11.2

תוקף בדיקת התא **21/10/2027**.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות , BONE, ו- F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . בעל מספר סידורי 24004175 תוקף כיול **21/10/2026**

3. טימפנומטר מדגם nano Tymp תוצרת חב' Path medical ובעל מספר סידורי 1000430 ,היכול לבצע טימפונומטריה תוקף הבדיקה של הטימפנומטר הינו **21/10/2026**.

- **נבדק כיול של טימפונומטר**

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי