כללית
הנדסה רפואית בע"מ

טופס לבדיקת טימפונומטר

תוצרת Path medical.דגם nano Tymp מיקום: אופטיקל סנטר שבשמאול אמור 77 במגדל העמק מספר סידורי/1000836

תאריך הבדיקה **20/10/26** תוקף הבדיקה **20/10/27**

בכל מקרה הנחיות היצרן מחייבות

לפי תקן ANSI S3.39

ולפי תקן IEC 1027

מכשירי הבדיקה שאיתם נערך הכיול:

Sound Level Meter- דגם Bruel&Kjear 2250

Artificial Mastoid - דגם Bruel&Kjear 4930

CALIBRATION CAVITY

1. **בדיקת שלמות כללית**

1.1 כבל, תקע כוח והתאמת הנתיך	תקין
1.2 סוג אוזניית CONTRA	אין
1.3 פעולה חלקה של הלחצנים	תקין
1.4 מצב כללי של המכשיר	תקין

2. **בדיקת פעולה**

2.1 צליל נקי	תקין
2.2 איכות תצוגה	תקין
2.3 מדפסת	תקין

בדיקת PROBE

1. נפח 0.5 cc	תקין
2. נפח 2 cc .	תקין
3. לחץ 0 daPa	תקין

שם הבודק **תאריך**

נמרוד שמואלי **20/10/26**