19/10/2026

**לכבוד**
**אופטיקל סנטר**
**חיפה**

**הנדון : חוות דעת**

לבקשתך בדקתי בתאריך 19/10/2026 את מכון השמיעה שלכם שבביג צ'ק פוסט דרך ישראל בר יהודה 111 חיפה :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 1.50 X 2.9 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 44db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

| תדר Hz | רעש מותר db | רעש נמדד db |
|---|---|---|
| 250 | 21.5 | 20.9 |
| 500 | 16 | 15.5 |
| 1000 | 13 | 11 |
| 2000 | 14 | 13 |
| 4000 | 11 | 9.1 |
| 8000 | 14 | 12.2 |

תוקף בדיקת התא 19/10/2028.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE , ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM בעל מספר סידורי 24000728 תאריך כיול של אודיומטר 19/10/2027
3. טימפנומטר מדגם nano tymp תוצרת חב' path medical ובעל מספר סידורי 1000423,היכול לבצע TYMP תוקף הבדיקה של הטימפנומטר הינו 19/10/2027

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי