כללית
הנדסה רפואית בע"מ

18/10/2026

לכבוד
אופטיקל סנטר
סניף יקנעם

הנדון : <u>חוות דעת</u>

לבקשתכם בדקתי בתאריך **18/10/2026** את התא השמיעה שלכם שבתמר 2 יקנעם :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 230X250סמ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 40 db בתדר של Hz 1000. לפי תקן ASTM E-336.

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 60 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	17
500	16	13.1
1000	13	11
2000	14	13.3
4000	11	10.5
8000	14	8.2

תוקף בדיקת התא **18/10/2028**

2. אודיומטר מדגם UNITY 4 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE , ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . בעל מספר סידורי 24004987 תוקף כיול של אודיומטר **18/10/27**
3. טימפנומטר מדגם nano tymp תוצרת חב' path medical ובעל מספר סידורי 1000837,היכול לבצע TYMP תוקף הבדיקה של הטימפנומטר הינו **18/10/2027**
   - בוצע בדיקה לטימפורומטר

לאור זאת לדעתי התא עומד בדרישות משרד הבריאות לתאי שמיעה המיועדים לבדיקות שמיעה.

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי