כללית
הנדסה רפואית בע"מ

טופס לבדיקת טימפונומטר

תוצרת Path medical.דגם nano Tymp מיקום: אופטיקל סנטר יקנעם מספר סידורי/1000428

תאריך הבדיקה **18/11/25** תוקף הבדיקה **18/11/26**

בכל מקרה הנחיות היצרן מחייבות

לפי תקן ANSI S3.39

ולפי תקן IEC 1027

מכשירי הבדיקה שאיתם נערך הכיול:

Sound Level Meter- דגם 2250 Bruel&Kjear

CALIBRATION CAVITY

1. **בדיקת שלמות כללית**

1.1 כבל, תקע כוח והתאמת הנתיך	תקין
1.2 סוג אוזניית CONTRA	אין
1.3 פעולה חלקה של הלחצנים	תקין
1.4 מצב כללי של המכשיר	תקין

2. **בדיקת פעולה**

2.1 צליל נקי	תקין
2.2 איכות תצוגה	תקין

בדיקת PROBE

1. תדר 226 Hz .	תקין
2. נפח 0.5 cc	תקין
3. נפח 2 cc .	תקין
4. לחץ 0 daPa	תקין

שם הבודק **תאריך**

נמרוד שמואלי **18/11/25**