10/09/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
בית שמש

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 10/09/2025 את מכון השמיעה שלכם שבקניון שער העיר בית שמש ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 1.3 X 1.3 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 44db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	17.7
500	16	12.9
1000	13	7
2000	14	5.5
4000	11	6.9
8000	14	6.2

תוקף בדיקת התא 10/09/2027.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל מספר סידורי 24000564 בעל יציאות לאוזניות , BONE, ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . תוקף הכיול שלו לפי תקן ANSI S3.6 2004 הינו 10/09/2026.

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .
הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
יבגני פיינשטיין
מנהל תחום שמיעה