

[별표 21]

측량기기 유형별 성능검사 시험항목 및 주기

측량기기의 성능검사 시험항목과 주기는 다음과 같다.

측량기기	시험항목	주기	근거
토털스테이션	거리·각도 측정 정확도	3년	ISO 17123-5:2018(토털스테이션) 준용 · 거리는 ISO 17123-4:2012(광파거리계)
레벨	높이 측정 정확도	3년	ISO 17123-2:2001 준용
데오돌라이트	각도 측정 정확도	3년	ISO 17123-3:2001 준용
G N S S 수신기	기선 측정 정확도	3년	ISO 17123-11:2025(위성항법 기기) 준용 · 실시간 이동측위는 ISO 17123-8:2015(RTK)
지상라이더	거리·각도 측정 정확도	3년	ISO 17123-9:2018 준용
무인비행장치	사진측량 성과의 위치정확도	1년	「무인비행장치 측량 작업규정」에 따른다
이동측량시스템	센서 사이의 상대 위치·차세	고정식 1년 · 착탈식 6개월	제4편 「이동측량시스템의 검정」

※ 비고

1. 성능검사는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제92조와 같은 법 시행령 제97조 및 「측량기기 성능검사 규정」에서 정하는 바에 따른다.
2. ISO 17123 계열은 시험항목과 현장 시험절차를 정하는 데에 준용한다. 이 계열은 한국산업표준으로 채택되지 아니하였으므로 국제표준 번호로 적는다.
3. 토털스테이션은 데오돌라이트와 광파거리계를 아우르는 기기이므로 ISO 17123-5를 따르고, 데오돌라이트만을 쓰는 경우에만 ISO 17123-3을 따른다.
4. 무인비행장치 사진측량 기기의 국제 시험절차(ISO 17123-10)는 아직 국제표준으로 확정되지 아니하였으므로 인용하지 아니한다.