

Sogamoso, octubre 12 de 2018

Señores
E.S.E centro de salud san Judas Tadeo
Tópaga -Boyacá
Asunto: Diagnostico equipos

Cordial Saludo

En respuesta a su amable solicitud y luego de una revisión profunda por parte de nuestro departamento de ingeniería en la visita solicitada para la verificación de los siguientes equipos, damos el siguiente diagnóstico.

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
TNebulizador	Thomas	1145	119900000197

El equipo ingresa al área y se comprueba su funcionamiento lo cual su motor y bobinado trabajan adecuadamente pero el eje que genera la fricción y genera el aire está roto, su correctivo o cambio de pieza sale muy costoso por tal razón el equipo no cumple su función al 100% y no cumple con las normas establecidas según secretaria de salud por ende se recomienda dar los equipos de baja y adquirir un equipo de mejor calidad con el fin de brindar mejores funciones al prestador, así como mejores servicios a los usuarios.

Cordialmente.


ING. ALEXANDER ALARCÓN
GERENTE COMPUMEDICA