



Centro Quirúrgico Especializado

TRAZABILIDAD DE LA ESTERILIZACIÓN

Zorvix, S. de R.L. de C.V. · Gabriel Mancera 879, Col. del Valle Centro, Benito Juárez, C.P. 03100, CDMX
Licencia Sanitaria No. 26-AM-09-014-0002 · NOM-004-SSA3-2012 · NOM-045-SSA2-2005 · Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente

Fecha

Turno

Equipo esterilizador — marca, modelo y número de inventario

Responsable de CEyE — nombre y cédula

Prueba de Bowie-Dick — primer ciclo del día

En vacío, antes de la primera carga, en esterilizadores de vapor con prevacío. Si sale no conforme el equipo no se usa: se repite, y si vuelve a fallar se asienta abajo.

Hora	Lote del paquete de prueba	Conforme	No conforme	Quien la realizó — nombre y firma

Cargas del día

Un renglón por ciclo, y los tres controles por separado: la hoja tiene que poder decir cuál de los tres falló. No se libera con el físico o el químico interno no conformes; el biológico se lee después y, si sale positivo, se localiza por la columna de destino.

Ciclo	Inicio	Fin	Método y programa	Temp. °C	Exposición	Contenido de la carga	Paq.	Controles del ciclo					Libera la carga — nombre y firma	Destino: cirugías o servicios en que se usó
								Gráfica	Q. ext.	Q. int.	BI — lote	BI — result.		

Caducidad del paquete: ____ días a partir de la fecha del ciclo, o al abrirse el empaque, o si se moja, se rasga o se cae al suelo — lo que ocurra primero. Se reprocesa sin excepción.

No conformidades, cargas retiradas y acciones tomadas

Ciclo abortado, control no conforme, biológico positivo, paquete retirado del almacén: qué pasó, qué se hizo y a quién se avisó. Una hoja donde sólo caben los ciclos exitosos no es un registro de trazabilidad.

Procesó — auxiliar de CEyE: nombre, cédula y firma

Leyó el indicador biológico: nombre, fecha, hora y firma

Supervisó — responsable de CEyE: nombre, cédula y firma

Este registro se conserva por lo menos cinco años, igual que el expediente clínico al que da soporte (NOM-004-SSA3-2012, numeral 5.4).