# Métrologie - exigences générales

Référence : QUA-MET-014

Version : 2.2

Date d'application : 2026-04-14

Département : Quality

Classification : Internal

Statut : En vigueur

Langue : FR

## 1. Objet

Cette procédure s'applique à l'ensemble des produits Nattu livrés aux clients et aux activités associées de support, d'ingénierie et de production. Les enregistrements doivent être traçables, datés et rattachés à une référence unique.

## 2. Règles principales

Les résultats hors tolérance déclenchent une analyse d'impact sur les mesures réalisées depuis le dernier étalonnage conforme.

• Les décisions doivent être justifiées.

• Les preuves sont conservées dans le système documentaire.

## 3. Responsabilités

Le responsable Quality valide les dérogations. Engineering fournit les éléments techniques et Support assure la traçabilité client.

## 4. Traçabilité

Les enregistrements sont conservés pendant au moins 5 ans, sauf exigence plus contraignante.

| Indicateur | Valeur | Seuil |
|---|---|---|
| Délai moyen | 18 h | 24 h |
| Conformité | 96 % | 95 % |