Métrologie - exigences générales

Référence : QUA-MET-014

Version : 2.2

Date d'application : 2026-04-14

Département : Quality

Classification : Internal

Statut : En vigueur

Langue : FR

1. Objet

Cette procédure s'applique à l'ensemble des produits NovaTech livrés aux clients et aux activités associées de support, d'ingénierie et de production. Les enregistrements doivent être traçables, datés et rattachés à une référence unique.

2. Règles principales

Les résultats hors tolérance déclenchent une analyse d'impact sur les mesures réalisées depuis le dernier étalonnage conforme.

• Les décisions doivent être justifiées.

• Les preuves sont conservées dans le système documentaire.

3. Responsabilités

Le responsable Quality valide les dérogations. Engineering fournit les éléments techniques et Support assure la traçabilité client.

4. Traçabilité

Les enregistrements sont conservés pendant au moins 5 ans, sauf exigence plus contraignante.

Indicateur	Valeur	Seuil
Délai moyen	18 h	24 h
Conformité	96 %	95 %