DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO (Muestra Inórganica)

PROCEDIMIENTO GENERAL. **La muestra y la referencia se tratarán de la misma manera.**

1



20 mL ácido sulfúrico 7 N.



2 mL solución reactivo de yoduro de potasio



0.5 mL solución reactivo de cloruro estanoso (II) concentrado ácido.




1 mL de 2 - propanol






Agregar lo indicado y reposar por 30 min.

2




Empacar la unidad purificadora con dos porciones de algodón impregnados con solución saturada de acetato de plomo.

3



Colocar 3 mL de solución reactivo de Dietilditiocarbamato de plata a cada uno de los matraces de arsénico (muestra y estándar).

4




CAUTION


Al agregar el zinc, inmediatamente se genera gas, por ello es importante agregar una pequeña porción, tapar inmediatamente y una vez que deje de burbujear agregar un poco más, repetir el procedimiento hasta terminar de agregar el zinc.

Agregar 3 g de Zinc (malla No. 20) e inmediatamente tapar.

5

Referencia **Muestra**





Colocar la muestra y referencia en un baño de agua, manteniendo la temperatura a 37 ° C.

INTERPRETACIÓN

El color o absorbancia de la solución de referencia debe ser menor a la de la muestra.

DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO (Muestra Inórganica)

EDC PharmaLab
Estandarización y precisión en cada analisis

1 Preparación solución stock de referencia de arsénico.



Pulverizar y secar trióxido de arsénico a 105° C por 1 hora.



Transferir 66.0 mg de trióxido de arsénico a un matraz de 500 mL. y disolver en 5 mL de Hidróxido de sodio (1:5) (m/v).



Neutralizar con ácido sulfúrico 2 N, agregar 10 mL más y llevar a volumen con agua recientemente hervida y fría.



Transferir 5 mL de la solución anterior a un matraz volumétrico de 500 mL, agregar5 mL de ácido sulfúrico 2 N y llevar a volumen con agua recientemente hervida y fría. Esta solución contiene el equivalente a 1 µg de arsénico.

2 Preparación de referencia.



Solución stock de referencia de arsénico.

Tomar los mL necesarios para llegar al límite especificado, considerando que cada mL es 1 ppm (1 µg / mL).

3 Preparación de muestra.



Colocar la muestra y agregar 35 mL de agua.

Seguir de acuerdo con el

Procedimiento General