Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 21146
CALIBRATION DATE: 27-Feb-25

SBE 37 V2 PRESSURE CALIBRATION DATA
2900 psia S/N 5059699

COEFFICIENTS:

PA0 =	2.413429e-001	PTCA0 =	5.232563e+005
PA1 =	9.131470e-003	PTCA1 =	-6.975356e+000
PA2 =	3.100281e-011	PTCA2 =	3.615242e-001
PTEMPA0 =	-9.437263e+001	PTCB0 =	1.024660e+002
PTEMPA1 =	3.958490e-002	PTCB1 =	-5.666133e-003
PTEMPA2 =	1.205459e-006	PTCB2 =	0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE (PSIA)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	THERMISTOR OUTPUT (counts)	COMPUTED PRESSURE (PSIA)	RESIDUAL (%FSR)
14.60	524857.6	2699.8	14.74	0.00
591.19	587877.8	2702.8	591.01	-0.01
1168.45	650991.4	2704.0	1168.39	-0.00
1745.71	714084.6	2705.4	1745.83	0.00
2322.88	777122.2	2706.0	2323.02	0.00
2900.18	840109.4	2706.2	2899.99	-0.01
2323.15	777142.4	2706.2	2323.20	0.00
1745.60	714074.6	2706.8	1745.74	0.00
1168.48	650996.6	2707.4	1168.43	-0.00
591.32	587886.2	2707.4	591.08	-0.01
14.60	524862.6	2717.8	14.72	0.00

THERMAL CORRECTION

TEMP (°C)	THERMISTOR OUTPUT (counts)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)
32.50	2941	525058.42
29.00	2867	525005.38
24.00	2759	524944.50
18.50	2639	524898.57
15.00	2563	524880.01
4.50	2332	524878.56
1.00	2255	524897.56

TEMPERATURE (°C)	SPAN
-5.50	102.50
34.49	102.27

y = thermistor output (counts)

$t = PTEMPA0 + PTEMPA1 * y + PTEMPA2 * y^2$

$x = \text{instrument output} - PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * t^2$

$n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * t^2)$

$\text{pressure (PSIA)} = PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2$

Residual (%FSR) = (computed pressure - true pressure) * 100 / Full Scale Range