



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2323
CALIBRATION DATE: 28-Jan-22

SBE 63 OXYGEN TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

TA0 = 6.896936e-004 TA2 = 3.226715e-007

TA1 = 2.549446e-004 TA3 = 1.120068e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT(V)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
2.0000	1.11611	2.0000	-0.00000
2.0000	1.11611	2.0000	-0.00000
2.0001	1.11610	2.0003	0.00020
2.0001	1.11611	2.0000	-0.00010
6.0000	0.99200	5.9999	-0.00005
6.0000	0.99200	5.9999	-0.00005
6.0000	0.99200	5.9999	-0.00005
6.0000	0.99200	5.9999	-0.00005
11.9999	0.82635	12.0000	0.00009
11.9999	0.82635	12.0000	0.00009
11.9999	0.82635	12.0000	0.00009
12.0001	0.82635	12.0000	-0.00011
20.0000	0.64302	20.0000	0.00004
20.0000	0.64302	20.0000	0.00004
20.0000	0.64302	20.0000	0.00004
20.0001	0.64302	20.0000	-0.00006
25.9999	0.53130	25.9997	-0.00025
26.0000	0.53129	26.0002	0.00024
26.0000	0.53130	25.9997	-0.00035
26.0001	0.53129	26.0002	0.00014
29.9999	0.46766	29.9997	-0.00021
30.0000	0.46765	30.0004	0.00036
30.0000	0.46766	29.9997	-0.00031
30.0001	0.46765	30.0004	0.00026

V = Instrument Output (Volts)

$L = \ln(100000 * V / (3.3 - V))$

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / (TA0 + (TA1 * L) + (TA2 * L^2) + (TA3 * L^3)) - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

