



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 16238
CALIBRATION DATE: 07-Mar-25

SBE 37 V2 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.892934e-004
a1 = 3.143395e-004
a2 = -4.540349e-006
a3 = 2.037097e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9999	559052.5	0.9999	0.0000
4.4999	479771.7	4.4999	-0.0000
14.9999	309157.6	15.0000	0.0001
18.5000	268679.6	18.4999	-0.0001
24.0000	216777.8	24.0000	-0.0000
29.0000	179424.3	29.0001	0.0001
32.5001	157693.6	32.5001	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

