



OFICIO No. 243300401F0019

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2025.

BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

Calle Monrovia No. 725, Int. P.B., Colonia

Portales Sur, C.P. 03300, Benito Juárez,

Ciudad de México, México.

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción I, 14, 17, 26 y 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 13, 15-A fracciones I y II, 16, 17-A, 38 y 41 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3 fracción XXIII, 17 bis fracción IV, 194, 194 bis, 197, 204, 262, 368, 371, 376 y 376 Bis de la Ley General de Salud; 1, 2 inciso C fracción II, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I inciso b y fracción VII, 11 fracción XI, 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 153, 155, 161 Bis, 179, 180 y 181 del Reglamento de Insumos para la Salud; los resolutivos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO Transitorio del Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes a los requisitos establecidos en los artículos 179 y 180 del Reglamento de los Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro de los insumos para la salud, a que se refiere el Capítulo IX del Título Segundo del Reglamento de Insumos para la Salud, a los requisitos establecidos por la secciones 510(k) y 514 del Federal Food, Drug and Cosmetic Act y por el Título 21, Capítulo I, Subcapítulo H, del Code of Federal Regulations de los Estados Unidos de América, así como los establecidos por el Food and Drug Act, y las Medical Devices Regulations de Canadá para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio, y a las pruebas e inspecciones realizadas por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América y por Health Canada de Canadá, para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio (sic) publicado el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación; décimo noveno, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; en relación a su solicitud de **Registro Sanitario**, con número de entrada **243300401F0019**, ingresada con fecha del **03 de abril de 2024**, del producto: **Exion Fractional RF/BTL-785F, Equipo de terapia de radiofrecuencia, ultrasonidos y electroestimulación, I. Equipo Médico., Clase II**, se le previene para que en un término de **60 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente oficio, ingrese la siguiente documentación:

10/10



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Oklahoma Núm. 14, Colonia Nápoles, Demarcación
Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810

Tel: (55) 50 80 52 00 www.gob.mx/cofepris



1. En virtud de que se encontró concordancia/similitud entre la solicitud de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos No. 243300401F0019 y el Registro Sanitario No. 1635E2024 SSA en los siguientes aspectos; deberá justificar que se trata de un avance tecnológico motivo por el cual pudiese solicitar un nuevo registro, mediante un cuadro comparativo emitido por el fabricante y firmado por el responsable sanitario, en donde se señalen la(s) principal(e)s característica(s) que diferencian al producto Exion Fractional RF/BTL-785F con respecto del producto Exion/BTL-785F.

Cabe señalar que en caso que NO existan diferencias significativas que supongan un avance tecnológico demostrable, la presente solicitud NO será procedente como nuevo registro, conforme al CUARTO Transitorio del Acuerdo de Equivalencias, publicado el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación que a la letra indica "...Con la finalidad de evitar duplicidad de registros, la COFEPRIS no recibirá solicitudes de registro sanitario respecto a Dispositivos Médicos materia del presente Acuerdo si con anterioridad se presentó solicitud de registro del mismo Dispositivo Médico...".

Registro Sanitario o No. de Solicitud	1635E2024 SSA	243300401F0019
Titular del Registro Sanitario	BTL Laboratorios de Tecnología, S.A. de C.V. Calle Monrovia 725, P.B., Colonia Portales Sur, Benito Juárez, C.P. 03300, Ciudad de México, México.	BTL Laboratorios de Tecnología, S.A. de C.V. Calle Monrovia No. 725, Int. P.B., Colonia Portales Sur, C.P. 03300, Benito Juárez, Ciudad de México, México.
Fabricante	BTL Industries Limited. 161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU, United Kingdom.	BTL Industries Limited. 161 Cleveland Way Stevenage Hertfordshire, Reino Unido.
Denominación genérica	Equipo de Terapia de Radiofrecuencia y Ultrasonido.	Equipo de terapia de radiofrecuencia, ultrasonidos y electroestimulación.
Denominación distintiva	EXION / BTL-785F	Exion Fractional RF/BTL-785F
Indicación de uso	EXION/BTL-785F está indicado para tratamientos no invasivos como modelado corporal, reducción de arrugas y estiramiento de la piel mediante un campo de radiofrecuencia junto con ultrasonido. Incluye 2 aplicadores: aplicador corporal EXION BTL-785-1 y aplicador facial EXION BTL-785-2.	Exion Fractional RF/BTL-785F es un sistema de radiofrecuencia que en conjunto con el aplicador BTL-785-4; está indicado para el uso en procedimientos dermatológicos como el tratamiento de acné, cicatrices, arrugas, rejuvenecimiento de la piel (regeneración de la piel solar elastosis e hiperhidrosis)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	BTL-785F con aplicador corporal EXION BTL-785-1 (EXION Body aplicador BTL-785-1); proporciona tratamiento mediante la integración de radiofrecuencia, ultrasonido y enfriamiento activo. Indicado para el tratamiento de moldeado corporal, eliminación de células de grasa y tensado de la piel de zonas grandes del cuerpo. BTL-785F con aplicador facial EXION BTL-785-2 (EXION Face aplicador BTL-785-2); proporciona tratamiento mediante la integración de radiofrecuencia y ultrasonido. Indicado para el tratamiento de zonas pequeñas, como la reducción de arrugas y estiramiento/ tensado de la piel en cara.	mediante una serie de microagujas o alfileres superficiales.														
Descripción	El dispositivo EXION/ BTL-785F está equipado con la unidad de control con una pantalla táctil en color que facilita el uso de los dispositivos. La información en pantalla guía al usuario a lo largo de toda la terapia. Para un control más fácil, los aplicadores están equipados con botones y pantalla, lo que permite el funcionamiento del dispositivo durante la terapia. <table><tr><td>Fuente de Alimentación</td><td></td></tr><tr><td>Potencia máxima de entrada</td><td>600 VA</td></tr><tr><td>Tensión de red</td><td>~ 100 V a 120 V / 200 V a 240 V alternando</td></tr></table>	Fuente de Alimentación		Potencia máxima de entrada	600 VA	Tensión de red	~ 100 V a 120 V / 200 V a 240 V alternando	El dispositivo Exion Fractional RF/BTL-785F está equipado con la unidad de control con una pantalla táctil en color que facilita el uso de los dispositivos. La información en pantalla guía al usuario a lo largo de toda la terapia. Para un control más fácil, el aplicador BTL-785-4 están equipados con botones y pantalla, lo que permite el funcionamiento del dispositivo durante la terapia. Se proporciona con puntas de un solo uso. <table><tr><td colspan="2">EXION FRACTIONAL RF / BTL-785F</td></tr><tr><td colspan="2">Fuente de alimentación</td></tr><tr><td>Entrada de energía máxima</td><td>600 VA</td></tr><tr><td>Tensión de la</td><td>De ~100 V a 120</td></tr></table>	EXION FRACTIONAL RF / BTL-785F		Fuente de alimentación		Entrada de energía máxima	600 VA	Tensión de la	De ~100 V a 120
Fuente de Alimentación																
Potencia máxima de entrada	600 VA															
Tensión de red	~ 100 V a 120 V / 200 V a 240 V alternando															
EXION FRACTIONAL RF / BTL-785F																
Fuente de alimentación																
Entrada de energía máxima	600 VA															
Tensión de la	De ~100 V a 120															





	Frecuencia	50 Hz / 60 Hz	red	V/de 200 V a 240 V
	Clase de protección eléctrica	Yo	Frecuencia	alterna
	Fusible externo intercambiable	2 x T10AH/250V, fusible de tubo 5 x 20 mm, IEC 127-2	Clase de protección eléctrica	1
	Interruptor de red según IEC 60601-1	En la parte posterior, las posiciones 0 e I	Fusible intercambiable externo	2xT10AH/250 V, fusible de tubo de 5x20 mm, IEC 127-2
			Interruptor de alimentación conforme a IEC 60601-1	En la parte trasera del dispositivo, las posiciones 0 e I

2. Con fines aclaratorios remitir proyecto de registro en formato impreso y formato electrónico editable; en virtud de que en el Proyecto de etiqueta e Instructivo presentados, existe una inconsistencia en un sitio involucrado en la fabricación en relación al sitio declarado en el rubro 8.B. Datos del fabricante en el extranjero para productos de importación o nacionales del Formato de solicitud Modalidad: F. Productos con registro clase II, III y IV Health Canada/Acuerdo de equivalencia EUA y Canadá y documentación legal remitida.

3. Proyectos de marbetes en idioma español en formato impreso y formato electrónico editable; conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos. Y realizando las siguientes modificaciones y/o adecuaciones, las cuales deberá de homologar en marbetes e instructivo (según apliquen).

3.1. Remitir marbetes para cada fabricante.

3.2. Expresar los marbetes conforme a los numerales 4.1 al 4.1.1.11.

3.2.1. Modificar la expresión de la denominación genérica "Nombre Genérico: Equipo de Terapia de Radiofrecuencia" por "Equipo de terapia de radiofrecuencia"; conforme al numeral 4.1.1.1.

3.2.2. Modificar la expresión de la denominación distintiva "Nombre Comercial: EXION FRACTIONAL RF / BTL-785F" por "Exion Fractional RF/BTL-785F"; conforme al numeral 4.1.1.1.

3.2.3. Eliminar el rubro de clasificación del dispositivo médico.

3.2.4. Expresar las condiciones de fabricación y comercialización; conforme a los numerales 4.1.1.3.1.2 y 4.1.1.3.1.3. Los datos del fabricante real, fabricante legal, titular, importador y distribuidor deberán expresarse conforme a la documentación legal remitida.

3.2.5. Eliminar la razón social y domicilio del distribuidor extranjero.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Oklahoma Núm. 14, Colonia Nápoles, Demarcación
Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810

Tel: (55) 50 80 52 00 www.gob.mx/cofepris



- 3.2.6. Eliminar los rubros de uso previsto y descripción.
- 3.2.7. Modificar el rubro de contenido; conforme al numeral 4.1.1.8.
- 3.2.8. Modificar el símbolo de la leyenda "Léase instructivo anexo"; conforme al apéndice normativo "A".
- 3.2.9. Agregar todo incidente adverso que pueda ocasionar el uso del producto; conforme al numeral 4.1.1.10.
- 3.2.10. Eliminar la descripción del envase primario y secundario de las puntas estériles y del equipo médico.
- 3.3. Envase primario para el aplicador:
 - 3.3.1. Expresar la denominación genérica; conforme al numeral 4.1.1.17.1.
 - 3.3.2. Expresar número de lote; conforme al numeral 4.1.1.17.3.
 - 3.3.3. Expresar el contenido; conforme al numeral 4.1.1.17.5.
- 3.4. Envase primario para las puntas de microagujas:
 - 3.4.1. Expresar la denominación genérica; conforme al numeral 4.1.1.17.1.
 - 3.4.2. Expresar número de lote; conforme al numeral 4.1.1.17.3.
 - 3.4.3. Expresar la fecha de caducidad; conforme al numeral 4.1.1.17.4
 - 3.4.4. Expresar el contenido; conforme al numeral 4.1.1.17.5.
 - 3.4.5. Agregar leyenda o símbolo de "Esterilizado con óxido de etileno"; conforme a los numerales 4.1.1.12 y apéndice normativo "A".
 - 3.4.6. Agregar leyenda "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa"; conforme al numeral 4.1.1.12.
 - 3.4.7. Modificar la leyenda "Puntas estériles son de un solo uso, posterior a su uso son desechables o no reusables" por "Usar solamente una vez"; conforme al numeral 4.1.1.14.
4. Información complementaria a la Monografía técnica del producto Exion Fractional RF/BTL-785F en idioma español en formato impreso y formato electrónico editable.
 - 4.1. Agregar descripción del material de fabricación de las puntas desechables intercambiables punta sin aislamiento fraccional RF de EXION código BTL-785-4-5, punta aislada fraccional RF de EXION código BTL-785-4-6, punta EXION fraccional RF resurfacing 32 código BTL-785-4-7 y punta EXION fraccional RF resurfacing 64 código BTL-785-4-8; en virtud de dicha información fue omitida.
 - 4.2. Resumen del proceso de operación y limpieza del dispositivo médico en general; en virtud de dicha información fue omitida.
 - 4.3. Descripción (forma, composición y dimensiones) del material de envase primario "Bolsa de plástico y Espuma protectora" del dispositivo BTL-785F; en virtud de dicha información fue omitida.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Oklahoma Núm. 14, Colonia Nápoles, Demarcación
Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810

Tel: (55) 50 80 52 00 www.gob.mx/cofepris



- 4.4. Descripción (forma, composición y dimensiones) del material de envase secundario del dispositivo BTL-785F; en virtud de dicha información fue omitida.
 - 4.5. Descripción (forma, composición y dimensiones) del material de envase secundario de las puntas estériles; en virtud de dicha información fue omitida.
 - 4.6. Homologar nombre y código de los Componentes/Partes/Accesorios/Dispositivos conforme a la licencia sanitaria No. 107002.
5. Catálogo comercial del producto con fines de cotejo, que permita corroborar los códigos de los accesorios capa de silicona para el aplicador RF fraccional EXION (código 785-SILCUP3-U), cubo de almacenamiento (código 785-BUCKET-U), soporte para aplicadores (código 785-HOLDER1-U), soporte para aplicadores (código 785-HOLDER2-U), soporte para cubo de almacenamiento (código 785-HOLDER3-U), soporte para aplicadores (código 785-HOLDER4-U) y soporte para cable (código 785-HOLDER5-U), en virtud de que la licencia no avala dichos códigos.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17-A párrafo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace de su conocimiento que transcurrido el plazo sin desahogar la prevención, su trámite se dará por desechado.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
GERENTE DE MATERIAL DE CURACIÓN, EQUIPO MÉDICO,
PRÓTESIS Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS**

HERIBERTO MARTÍNEZ MÁRQUEZ

ACR/EMBR

243300401F0019

PREVENCIÓN

CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA: 145.11.9



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Oklahoma Núm. 14, Colonia Nápoles, Demarcación
Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810

Tel: (55) 50 80 52 00 www.gob.mx/cofepris