Cabinet de dermatologie Es-Senia

# Compte rendu d'aide au triage — lésion cutanée

dermIA v2.0.0 · modèle ham10000-bcn20000-m5-v3 v3.0.0 (profil complet)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patient | P-2026-0430 | Date de l'analyse | 31/10/2026 à 21:32 |
| Âge | 60 ans | Analyse demandée par | Dr Karim Haddad |
| Sexe | homme | Localisation | membre supérieur |
| Lésion suivie | n° 1 | Seuils de décision | d'origine |

**BÉNIN PROBABLE**

**Kératose bénigne probable**
Lésion bénigne probable. Suivi selon le jugement clinique ; tout changement de la lésion justifie un nouvel examen.






Image analysée



Zones ayant le plus pesé (Grad-CAM, « Kératose bénigne »)



Contour et axes utilisés pour l'ABCD

## Probabilités estimées

| Diagnostic | Probabilité | Dans l'ensemble garanti* |
|---|---|---|
| Kératose bénigne | 97,0 % | oui |
| Nævus mélanocytaire | 2,9 % | |
| Mélanome | 0,1 % | |
| Dermatofibrome | 0,0 % | |
| Kératose actinique / Bowen | 0,0 % | |
| Lésion vasculaire | 0,0 % | |
| Carcinome basocellulaire | 0,0 % | |

* Ensemble conforme (Mondrian, alpha = 0,10) : contient le vrai diagnostic avec une probabilité d'au moins 90 % pour chaque classe, sous l'hypothèse que les cas ressemblent aux données de calibration. Décision mélanome si p(mel) ≥ 0,03 (rapport de coût R = 10). Seuils d'origine du modèle, calibrés sur son jeu de calibration.

## Critères ABCD automatiques (indicatifs)

| Critère | Mesure | Détail |
|---|---|---|
| A — Asymétrie | 2/2 | axes principaux asymétriques (forme ou couleurs) |
| B — Bords | 7/8 | secteurs à transition abrupte |
| C — Couleurs | 2/6 | brun clair, bleu-gris |
| D — Diamètre | 11,6 mm | plus de 6 mm |

Attention : La lésion touche le bord de l'image : A, B et D sont moins fiables.
Mesures automatiques à valeur indicative : sur le jeu de test HAM10000, chacune ne distingue que modestement mélanome et nævus (AUC de 0,66 à 0,73). Elles ne remplacent pas l'examen dermoscopique.

## Validation médicale

Non encore revue par un médecin.

Signature du médecin : _____

Avertissement. Ce document est produit par un outil d'aide à la décision. Il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace ni l'examen clinique ni l'histologie. Statut du modèle : RECHERCHE — usage non commercial — pas un dispositif médical. Données d'entraînement : HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) + BCN20000 (Hernández-Pérez et al., Sci Data 2024, doi:10.1038/s41597-024-03387-w) — licence CC BY-NC 4.0 (Attribution - Pas d'utilisation commerciale).