Cabinet de dermatologie Es-Senia

Compte rendu d'aide au triage — lésion cutanée

dermIA v2.0.0 · modèle ham10000-bcn20000-m5-v3 v3.0.0 (profil complet)

Patient	P-2026-0431	Date de l'analyse	04/11/2026 à 09:51
Âge	46 ans	Analyse demandée par	Dr Karim Haddad
Sexe	femme	Localisation	main
Lésion suivie	n° 1	Seuils de décision	d'origine

URGENT

Suspicion de mélanome
La probabilité de mélanome dépasse le seuil de sécurité. Avis dermatologique rapide recommandé.






Image analysée



Zones ayant le plus pesé (Grad-CAM, « Mélanome »)



Contour et axes utilisés pour l'ABCD

Probabilités estimées

Diagnostic	Probabilité	Dans l'ensemble garanti*
Nævus mélanocytaire	83,2 %	oui
Mélanome	15,5 %	oui
Kératose bénigne	1,2 %	
Dermatofibrome	0,1 %	
Kératose actinique / Bowen	0,0 %	
Carcinome basocellulaire	0,0 %	
Lésion vasculaire	0,0 %	

* Ensemble conforme (Mondrian, alpha = 0,10) : contient le vrai diagnostic avec une probabilité d'au moins 90 % pour chaque classe, sous l'hypothèse que les cas ressemblent aux données de calibration. Décision mélanome si p(mel) ≥ 0,03 (rapport de coût R = 10).
Seuils d'origine du modèle, calibrés sur son jeu de calibration.
Attention : image peu typique d'une dermoscopie, analysée à la demande de l'utilisateur : résultat à interpréter avec une grande prudence.

Critères ABCD automatiques (indicatifs)

Critère	Mesure	Détail
A — Asymétrie	0/2	axes principaux asymétriques (forme ou couleurs)
B — Bords	4/8	secteurs à transition abrupte
C — Couleurs	1/6	bleu-gris
D — Diamètre	15,0 mm	plus de 6 mm

Attention : La lésion touche le bord de l'image : A, B et D sont moins fiables.
Mesures automatiques à valeur indicative : sur le jeu de test HAM10000, chacune ne distingue que modestement mélanome et nævus (AUC de 0,66 à 0,73). Elles ne remplacent pas l'examen dermoscopique.

Validation médicale

Non encore revue par un médecin.

Signature du médecin : _____

Avertissement. Ce document est produit par un outil d'aide à la décision. Il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace ni l'examen clinique ni l'histologie. Statut du modèle : RECHERCHE — usage non commercial — pas un dispositif médical. Données d'entraînement : HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) + BCN20000 (Hernández-Pérez et al., Sci Data 2024, doi:10.1038/s41597-024-03387-w) — licence CC BY-NC 4.0 (Attribution - Pas d'utilisation commerciale).