Cabinet de dermatologie Es-Senia

Compte rendu d'aide au triage — lésion cutanée

dermIA v2.0.0 · modèle ham10000-m5-v2 v2.0.0 (profil complet)

Patient	P-2026-0423	Date de l'analyse	16/10/2026 à 18:23
Âge	70 ans	Analyse demandée par	Dr Karim Haddad
Sexe	homme	Localisation	dos
Lésion suivie	n° 1 — dos, sous l'omoplate gauche	Seuils de décision	d'origine

URGENT

Suspicion de mélanome
La probabilité de mélanome dépasse le seuil de sécurité. Avis dermatologique rapide recommandé.






Image analysée



Zones ayant le plus pesé (Grad-CAM, « Mélanome »)



Contour et axes utilisés pour l'ABCD

Probabilités estimées

Diagnostic	Probabilité	Dans l'ensemble garanti*
Kératose bénigne	75,4 %	oui
Mélanome	14,6 %	oui
Nævus mélanocytaire	10,0 %	
Kératose actinique / Bowen	0,0 %	
Dermatofibrome	0,0 %	
Carcinome basocellulaire	0,0 %	
Lésion vasculaire	0,0 %	

* Ensemble conforme (Mondrian, alpha = 0,10) : contient le vrai diagnostic avec une probabilité d'au moins 90 % pour chaque classe, sous l'hypothèse que les cas ressemblent aux données de calibration. Décision mélanome si p(mel) ≥ 0,10 (rapport de coût R = 10). Seuils d'origine du modèle, calibrés sur le jeu de calibration HAM10000.

Critères ABCD automatiques (indicatifs)

Critère	Mesure	Détail
A — Asymétrie	2/2	axes principaux asymétriques (forme ou couleurs)
B — Bords	4/8	secteurs à transition abrupte
C — Couleurs	2/6	brun clair, brun foncé
D — Diamètre	6,3 mm	plus de 6 mm

Mesures automatiques à valeur indicative : sur le jeu de test HAM10000, chacune ne distingue que modestement mélanome et nævus (AUC de 0,66 à 0,73). Elles ne remplacent pas l'examen dermoscopique.

Évolution depuis l'analyse du 21/05/2026 (147 j)

• Probabilité de mélanome en hausse : de 4,1 % à 14,6 %.
• Orientation plus sévère : de « BÉNIN PROBABLE » à « URGENT ».
• Bords abrupts en hausse : de 1/8 à 4/8 secteurs.
• Nouvelle(s) couleur(s) : brun clair.

Comparez aussi les images visuellement : le cadrage et le grossissement peuvent différer d'un examen à l'autre.

Validation médicale

Non encore revue par un médecin.

Signature du médecin : _____

Avertissement. Ce document est produit par un outil d'aide à la décision. Il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace ni l'examen clinique ni l'histologie. Statut du modèle : DÉMONSTRATION — usage non commercial — pas un dispositif médical. Données d'entraînement : HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) — licence CC BY-NC 4.0 (Attribution - Pas d'utilisation commerciale).