Cabinet de dermatologie Es-Senia

Compte rendu d'aide au triage — lésion cutanée

DermIA Prudence v2.0.0 · modèle ham10000-m5-v2 v2.0.0 (profil complet)

Patient	P-2026-0421	Date de l'analyse	14/10/2026 à 18:41
Âge	60 ans	Analyse demandée par	Dr Karim Haddad
Sexe	homme	Localisation	poitrine
Lésion suivie	n° 1 — thorax, région sternale	Seuils de décision	d'origine

URGENT

Suspicion de mélanome
La probabilité de mélanome dépasse le seuil de sécurité. Avis dermatologique rapide recommandé.






Image analysée



Zones ayant le plus pesé (Grad-CAM, « Mélanome »)



Contour et axes utilisés pour l'ABCD

Probabilités estimées

Diagnostic	Probabilité	Dans l'ensemble garanti*
Mélanome	96,8 %	oui
Nævus mélanocytaire	3,0 %	
Kératose bénigne	0,1 %	
Kératose actinique / Bowen	0,0 %	
Carcinome basocellulaire	0,0 %	
Dermatofibrome	0,0 %	
Lésion vasculaire	0,0 %	

* Ensemble conforme (Mondrian, alpha = 0,10) : contient le vrai diagnostic avec une probabilité d'au moins 90 % pour chaque classe, sous l'hypothèse que les cas ressemblent aux données de calibration. Décision mélanome si p(mel) ≥ 0,10 (rapport de coût R = 10). Seuils d'origine du modèle, calibrés sur le jeu de calibration HAM10000.

Critères ABCD automatiques (indicatifs)

Critère	Mesure	Détail
A — Asymétrie	2/2	axes principaux asymétriques (forme ou couleurs)
B — Bords	3/8	secteurs à transition abrupte
C — Couleurs	4/6	brun clair, brun foncé, bleu-gris, noir
D — Diamètre	11,8 mm	plus de 6 mm

Mesures automatiques à valeur indicative : sur le jeu de test HAM10000, chacune ne distingue que modestement mélanome et nævus (AUC de 0,66 à 0,73). Elles ne remplacent pas l'examen dermoscopique.

Évolution depuis l'analyse du 15/07/2026 (90 j)

• Probabilité de mélanome en hausse : de 83,8 % à 96,8 %.
• Diamètre en hausse : de 8,8 mm à 11,8 mm.

Comparez aussi les images visuellement : le cadrage et le grossissement peuvent différer d'un examen à l'autre.

Validation médicale

Non encore revue par un médecin.

Signature du médecin : _____

Avertissement. Ce document est produit par un outil d'aide à la décision. Il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace ni l'examen clinique ni l'histologie. Statut du modèle : DÉMONSTRATION — usage non commercial — pas un dispositif médical. Données d'entraînement : HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) — licence CC BY-NC 4.0 (Attribution - Pas d'utilisation commerciale).