Cabinet de dermatologie Es-Senia

Compte rendu d'aide au triage — lésion cutanée

DermIA Prudence v2.0.0 · modèle ham10000-m5-v2 v2.0.0 (profil complet)

Patient	P-2026-0423	Date de l'analyse	21/05/2026 à 22:38
Âge	70 ans	Analyse demandée par	Dr Karim Haddad
Sexe	homme	Localisation	dos
Lésion suivie	n° 1 — dos, sous l'omoplate gauche	Seuils de décision	d'origine

BÉNIN PROBABLE

Kératose bénigne probable
Lésion bénigne probable. Suivi selon le jugement clinique ; tout changement de la lésion justifie un nouvel examen.






Image analysée



Zones ayant le plus pesé (Grad-CAM, « Kératose bénigne »)



Contour et axes utilisés pour l'ABCD

Probabilités estimées

Diagnostic	Probabilité	Dans l'ensemble garanti*
Kératose bénigne	94,1 %	oui
Mélanome	4,1 %	
Nævus mélanocytaire	1,8 %	
Kératose actinique / Bowen	0,0 %	
Dermatofibrome	0,0 %	
Carcinome basocellulaire	0,0 %	
Lésion vasculaire	0,0 %	

* Ensemble conforme (Mondrian, alpha = 0,10) : contient le vrai diagnostic avec une probabilité d'au moins 90 % pour chaque classe, sous l'hypothèse que les cas ressemblent aux données de calibration. Décision mélanome si p(mel) ≥ 0,10 (rapport de coût R = 10). Seuils d'origine du modèle, calibrés sur le jeu de calibration HAM10000.

Critères ABCD automatiques (indicatifs)

Critère	Mesure	Détail
A — Asymétrie	2/2	axes principaux asymétriques (forme ou couleurs)
B — Bords	1/8	secteurs à transition abrupte
C — Couleurs	2/6	brun foncé, bleu-gris
D — Diamètre	10,7 mm	plus de 6 mm

Mesures automatiques à valeur indicative : sur le jeu de test HAM10000, chacune ne distingue que modestement mélanome et nævus (AUC de 0,66 à 0,73). Elles ne remplacent pas l'examen dermoscopique.

Validation médicale

Confirmée par Dr Karim Haddad le 22/05/2026.
Diagnostic retenu : Kératose bénigne

Signature du médecin : _____

Avertissement. Ce document est produit par un outil d'aide à la décision. Il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace ni l'examen clinique ni l'histologie. Statut du modèle : DÉMONSTRATION — usage non commercial — pas un dispositif médical. Données d'entraînement : HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) — licence CC BY-NC 4.0 (Attribution - Pas d'utilisation commerciale).