



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jalan Perintis Kemerdekaan III - Kupang
Kode Pos 85228 email : bidmetkupangkota@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

Nomor: Disperindag.KK.500.2.3.15/BIDMET/MA/001/V/2026

Nomor Order : 014/LK/I/2026
Tanggal : 15 April 2026

Jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan : **METER AIR**
Merek/Tipe/Nomor Seri : Itron / WEG 100
Kelas : 1
Laju Alir Normal(Q₃) / Minimum(Q₁) : 100 m³/h / 3 m³/h Daya Baca :0,01 m³/h
Pemilik/Pemakai : PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tenau Kupang
Alamat Pemilik/Pemakai : Jl. Yos Sudarso No. 23 Alak
Lokasi Pengujian : Pelabuhan Tenau Kupang
Diuji Oleh : Bidang Kemetrolgian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
Metode, Standar dan Ketertelusuran
Metode : Volumetrik
Acuan : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 133/SPK/KEP/10/2015 tentang Syarat Teknis Meter Air
Standar : BUS 4000 L No.Seri: 02 2007
Ketertelusuran : Tertelusur ke SI melalui Direktorat Metrologi - Bandung
Tenaga Berhak : Nyongky G. Susak, S.Si. NIP. 19851103 201001 1 012
Tanggal : 08 Mei 2026
Hasil : Disahkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

- Catatan:
1. Pembubuhan Tanda Tera : - Tanda Daerah (-), Tanda Pegawai Berhak (-), dan Tanda Sah Tera (-).
 2. Penyegehan : 1 (satu) buah segel bertanda tera sah (26) dan tanda jaminan (JP8) bolak-balik pada alat justir.
 3. Apabila Tanda Tera putus/rusak, Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan tersebut harus ditera ulang.
 4. Pemutusan Tanda Tera hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan Bidang Kemetrolgian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang
 6. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan ini **agar ditera ulang kembali pada Mei 2029** SKHP ini berlaku sesuai dengan Permendag NO. 29 Tahun 2025 tentang Tanda Sah Tahun 2026

Kupang, 18 Mei 2026
Kepala Bidang Kemetrolgian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang,

Djami Maxin Wila Huky, S.E., M.Si.
Pembina
NIP. 19740307 200012 1 004

LAMPIRAN KETERANGAN HASIL PENGUJIAN
Nomor: Disperindag.KK.500.2.3.15/BIDMET/MA/001/V/2026, Tanggal: 18 Mei 2026

Petugas Penguji :

1. Nyongky Gabriel Susak, S.Si.

/ NIP. 19851103 201001 1 012

2. Nick Dwi Nugroho, S.T.

/ NIP. 19830912 201001 1 016

3. Voni Sairlay, S.Si.

/ NIP. 19910904 201502 2 003

4. Dan Lukas Sprianus Langkola, S.Si.

/ NIP. 19850916 201502 1 001

5. Mohammad Tryadi Djahilape, S.Si.

/ NIP. 19960624 202203 1 008

Hasil Pengujian Meter Air :

Media Uji	Kecepatan Alir (m ³ /jam)	Meter Faktor	Kesalahan (%)
Air	54	0,99025	0.9
Perhitungan Pemakaian cairan adalah jumlah cairan yang terbaca pada flow meter dikali dengan Meter Faktor			

Penanggung Jawab Mutu,

Vinsensius Arkian Paokuma, S.T.
Pembina
NIP. 19830726 201001 1 018