



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN DACIN

PENGUJIAN DILAKUKAN DALAM RANGKA

☐ TERA ☐ TERA ULANG

DATA PENGUJIAN

Nama Pemilik	:	<u>Petugas:</u>
Alamat Pemilik	:	1.
Lokasi Pengujian	:	2.
Tanggal Pengujian	:	3.

DATA TIMBANGAN

No. Tanda Kesesuaian Tipe (Tera)	:
Merek / Buatan	:
Tipe	:
No. Seri	:
Kapasitas Maksimum	:
d	:
e = Maks / 1000	:

PEMERIKSAAN VISUAL

No.	Jenis Pemeriksaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Timbangan bersih, kering, & tidak berkarat			
2	Tanda skala dan nilai penunjukan skala dapat terlihat dengan jelas			
3	Bahan & konstruksi sesuai (untuk Tera)			
4	Tidak ada alat tambahan			
5	Terdapat tanda tera sebelumnya (untuk Tera Ulang)			



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN DACIN

HASIL PENGUJIAN

1. <u>Penyetelan Nol</u>		
Langkah	Posisi Jarum terhadap tolak	Keterangan
Pastikan dacin dalam keadaan tanpa muatan	1. Setimbang	Penunjukan tepat nol
	2. Tidak setimbang (batang skala menjungkit ke atas)	Justir: taruh sejumlah timah di atas batang skala hingga penunjukan setimbang, lalu buka sampak (petit) dan masukkan sejumlah timah tersebut kedalam batang skala dan tutup kembali
	3. Tidak setimbang (batang skala menjungkit ke bawah)	Justir: buka sampak dan dorong perlahan besi cor yang ada di dalam batang skala. Pastikan setelah sampak dipasang kembali penunjukan setimbang

2. Pengujian Kebenaran

Perhitungan nilai BKD	:
m = nilai muatan uji (Maks - 5e ≤ m ≤ Maks) =	
BKD Tera = (Maks + 2m)/3000	=
BKD Tera Ulang = 2 x BKD Tera	=

No.	Langkah	Posisi jarum terhadap tolak		Langkah lanjutan	Posisi jarum terhadap tolak		Hasil	Kesalahan (E)	Keterangan	
1	Geser bobot ingsut sampai dengan nilai muatan uji dan letakkan ATS sebagai muatan uji pada penerima muatan	Setimbang					SAH	0		
		tidak setimbang (batang skala ke bawah)		beri imbuh sebesar BKD pada muatan uji	Setimbang		SAH	+1 BKD		
					Tidak sampai setimbang		BATAL	> +1 BKD	* Justir dan ulangi pengujian	
					Melewati titik setimbang		SAH	< +1 BKD		
		tidak setimbang (batang skala ke atas)								
		a. $BKD \geq d$ ☐	Geser bobot ingsut sebesar +1 d	Setimbang		SAH	$-1 \text{ BKD} < E \leq -0,5 \text{ BKD}$			
				Tidak sampai setimbang		BATAL	< -1 BKD		** Justir dan ulangi pengujian	
				Melewati titik setimbang		SAH			langkah selanjutnya	
				Tambah imbuh 0,5 BKD	Setimbang		SAH	-0,5 BKD		
					Tidak sampai setimbang		SAH	$-1 \text{ BKD} < E \leq -0,5 \text{ BKD}$		



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN DACIN

No.	Langkah	Posisi jarum terhadap tolak		Langkah lanjutan	Posisi jarum terhadap tolak		Hasil	Kesalahan (E)	Keterangan	
					Melewati titik setimbang		SAH	$0 < E < -0,5 \text{ BKD}$		
					Geser bobot ingsut sebesar +1 d	Setimbang		BATAL	$< -1 \text{ BKD}$	** Justir dan ulangi pengujian
						Tidak sampai setimbang		BATAL		
						Melewati titik setimbang		SAH		langkah selanjutnya
					Tambah imbuh d - BKD	Setimbang		SAH	$E = - \text{BKD}$	
						Tidak sampai setimbang		SAH	$-1 \text{ BKD} < E \leq -0,5 \text{ BKD}$	
						Melewati titik setimbang		SAH	$-0,5 \text{ BKD} < E < 0$	
					b. $\text{BKD} < d$ ☐					
2	Geser bobot ingsut sampai dengan nilai muatan uji dan letakkan ATS sebagai muatan uji pada penerima muatan	Setimbang				SAH		0		
		tidak setimbang (batang skala ke bawah)		beri imbuh sebesar BKD pada muatan uji	Setimbang		SAH	+1 BKD		
					Tidak sampai setimbang		BATAL	$> +1 \text{ BKD}$	* Justir dan ulangi pengujian	
					Melewati titik setimbang		SAH	$< +1 \text{ BKD}$		
		tidak setimbang (batang skala ke atas)								
		a. $\text{BKD} \geq d$ ☐		Geser bobot ingsut sebesar +1 d	Setimbang		SAH	$-1 \text{ BKD} < E \leq -0,5 \text{ BKD}$		
					Tidak sampai setimbang		BATAL	$< -1 \text{ BKD}$	** Justir dan ulangi pengujian	
					Melewati titik setimbang		SAH		langkah selanjutnya	
				Tambah imbuh 0,5 BKD	Setimbang		SAH	-0,5 BKD		
					Tidak sampai setimbang		SAH	$-1 \text{ BKD} < E \leq -0,5 \text{ BKD}$		
					Melewati titik setimbang		SAH	$0 < E < -0,5 \text{ BKD}$		
		b. $\text{BKD} < d$ ☐		Geser bobot ingsut sebesar +1 d	Setimbang		BATAL	$< -1 \text{ BKD}$	** Justir dan ulangi pengujian	
					Tidak sampai setimbang		BATAL			
					Melewati titik setimbang		SAH		langkah selanjutnya	
				Tambah imbuh d - BKD	Setimbang		SAH	$E = - \text{BKD}$		
					Tidak sampai setimbang		SAH	$-1 \text{ BKD} < E \leq -0,5 \text{ BKD}$		
					Melewati titik setimbang		SAH	$-0,5 \text{ BKD} < E < 0$		
		Setimbang					SAH	0		



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN DACIN

No.	Langkah	Posisi jarum terhadap tolak		Langkah lanjutan	Posisi jarum terhadap tolak		Hasil	Kesalahan (E)	Keterangan
3	ingsut sampai dengan nilai muatan uji dan letakkan ATS sebagai muatan uji pada penerima muatan	tidak setimbang (batang skala ke bawah)		beri imbuh sebesar BKD pada muatan uji	Setimbang		SAH	+1 BKD	
					Tidak sampai setimbang		BATAL	> +1 BKD	* Justir dan ulangi
					Melewati titik setimbang		SAH	< +1 BKD	
		tidak setimbang (batang skala ke atas)							
				Geser bobot insut sebesar +1 d	Setimbang		SAH	-1 BKD < E ≤ -0,5 BKD	
					Tidak sampai setimbang		BATAL	< -1 BKD	** Justir dan ulangi pengujian
					Melewati titik setimbang		SAH		langkah selanjutnya
		a. $BKD \geq d$ ☐	Tambah imbuh 0,5 BKD	Setimbang		SAH	-0,5 BKD		
				Tidak sampai setimbang		SAH	-1 BKD < E ≤ -0,5 BKD		
				Melewati titik setimbang		SAH	0 < E < -0,5 BKD		
			Geser bobot insut sebesar +1 d	Setimbang		BATAL	< -1 BKD		** Justir dan ulangi pengujian
				Tidak sampai setimbang		BATAL			
				Melewati titik setimbang		SAH			langkah selanjutnya
			Tambah imbuh d - BKD	Setimbang		SAH	E = - BKD		
				Tidak sampai setimbang		SAH	-1 BKD < E ≤ -0,5 BKD		
				Melewati titik setimbang		SAH	-0,5 BKD < E < 0		

Catatan :

- * Justir dapat dilakukan dengan cara memperpendek jarak di antara pisau atau mengurangi timah pada lubang bobot insut hingga setimbang
- ** Justir dapat dilakukan dengan cara memperpanjang jarak di antara pisau atau menambah timah pada lubang bobot insut hingga setimbang



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang

Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN DACIN

3. Pengujian Kepekaan

Langkah	Amati (pilih salah satu)		Hasil	Keterangan
- Dilakukan bersamaan dengan pengujian kebenaran - Pastikan dacin dengan muatan ujinya berada pada posisi setimbang - Tambahkan imbuh sebesar 1 BKD pada muatan uji	batang skala bergerak minimal 2 mm dari posisi semula		SAH	
	batang bergerak kurang dari 2 mm dari posisi semula		BATAL	
	batang skala tidak bergerak dari posisi semula		BATAL	

4. Pengujian Kemampuan Ulang

Nilai Kemampuan Ulang (R) = Emax – Emin

Langkah	Uji ke-	Kesalahan (E)	R (pilih salah satu)		Hasil	Keterangan
- Nilai kesalahan berdasarkan data pada pengujian kebenaran - Pastikan hasil dari tiga kali pengujian kebenaran SAH - Selisih kesalahan terbesar tidak melebihi nilai BKD pada muatan uji	1		1 BKD		SAH	
	2		> 1 BKD		BATAL	
	3					