



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang

Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN NERACA

PENGUJIAN DILAKUKAN DALAM RANGKA

☐ TERA ☐ TERA ULANG

DATA PENGUJIAN

Nama Pemilik : Petugas:

Alamat Pemilik : 1.

Lokasi Pengujian : 2.

Tanggal : 3.

Pengujian :

DATA TIMBANGAN

No. Tanda Kesesuaian Tipe (Tera) :

Jenis Neraca : Obat / Emas *)

Merek / Buatan :

Tipe :

No. Seri :

Kapasitas Maksimum :

e (Maks / 10000) atau (Maks /5000) :

*) pilih salah satu

PEMERIKSAAN VISUAL

No.	Jenis Pemeriksaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Timbangan Bersih, Kering, & Tidak Berkarat			
2	Bahan & Konstruksi Sesuai			
3	Tidak ada Alat Tambahan			
4	Timbangan dalam Keadaan Datar			

HASIL PENGUJIAN

1. <u>Penyetelan Nol</u>					
Lengan Kanan	Lengan Kiri	Areatir	Posisi Jarum	Cek	Keterangan
Areatir dalam keadaan turun		Dinaikkan	1. Setimbang di skala nol		Telah Sesuai
Piring tanpa muatan	Piring tanpa muatan		2. Berayun dengan titik kesetimbangan di skala nol		Telah Sesuai
			3. Setimbang atau berayun dengan titik kesetimbangan tidak di skala nol		Geser dan atur sekrup penyetel nol agar posisi jarum sesuai



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang

Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN NERACA

HASIL PENGUJIAN

2. Penentuan Nilai Skala

Lengan Kanan	Lengan Kiri	Areatir	Imbuh (mg)	Titik Balik Jarum					T (Skala)	Nilai Skala (mg/Skala)
Setel Nol		Dinaikkan	Sebesar e pada lengan Kiri							
Areatir dalam keadaan turun										
Muatan Maks	Muatan Maks		mg							

3. Pengujian Kebenaran

Lengan Kanan	Lengan Kiri	Areatir	Titik Balik Jarum					T (Skala)	Error (mg)	BKD (mg)	Sah/Batal
Setel Nol		Dinaikkan dan sentuh lengan kanan									
Areatir dalam keadaan turun											
Muatan Maks	Muatan Maks										

4. Pengujian Kepekaan

Lengan Kanan	Lengan Kiri	Areatir	Pengamatan										Jarak ΔT (mm)	Sah/Batal
Setel Nol		Dinaikkan	T awal					Imbuh	T akhir					≥ 2 mm
Areatir dalam keadaan turun														
Muatan Maks	Muatan Maks													

5. Pengujian Kemampuan Ulang

Lengan Kanan	Lengan Kiri	Areatir	No.	Titik Balik Jarum					T (Skala)	Error	Repeat	Sah/Batal
Setel Nol		Dinaikkan dan sentuh lengan kanan	1									BKD =
Areatir dalam keadaan turun			2									
Muatan Maks	Muatan Maks		3									