



PEMERINTAH KOTA KUPANG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**BIDANG KEMETROLOGIAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang  
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

**CERAPAN SENTISIMAL**

**DATA PENGUJIAN**

Pemilik UTTP : ..... **Petugas :**  
Alamat Pemilik : ..... 1. ....  
Tanggal Pengujian : ..... 2. ....  
Metode Pengujian : ..... 3. ....  
Lokasi Pengujian : ..... 4. ....

**IDENTITAS UTTP**

Kapasitas Maksimum (Maks) : .....kg Merek :  
Kapasitas Minimum (Min) : .....kg Negara Pembuat :  
Interval Skala Terkecil (d) : .....kg Tipe / Model :  
Interval Skala Verifikasi (e) : .....kg Nomor Seri :  
Kelas Keakurasian :

| PEMERIKSAAN VISUAL |                                                                    |    |       |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|
| No                 | Uraian                                                             | Ya | Tidak | Keterangan |
| 1                  | Terdapat Tanda Tera Sebelumnya Untuk Tera Ulang                    |    |       |            |
| 2                  | Tanda Skala Dan Nilai penunjukan Skala Dapat Terlihat Dengan Jelas |    |       |            |
| 3                  | Timbangan Bersih, Kering, & Tidak Berkarat                         |    |       |            |
| 4                  | Sesuai Dengan Persetujuan Tipe Yang Berlaku                        |    |       |            |
| 5                  | Bahan & Konstruksi Sesuai (untuk Tera) Dan Tidak Ada Alat Tambahan |    |       |            |
| 6                  | Pastikan Keadaan Timbangan Dalam Keadaan Datar                     |    |       |            |

**PENYETEL NOL**

| Langkah                                       | Posisi Jarum Terhadap Tolok                                      | Keterangan                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastikan Timbangan Dalam Keadaan Tanpa Muatan | 1. Setimbang (Jarum sejajar dengan tolak)                        | Penunjukan tepat nol                                                                                                          |
|                                               | 2. Tidak setimbang (posisi jarum penunjuk berada di bawah tolak) | Lakukan penyetelan nol dengan memutar sekrup pada bagian bobot lawan ke arah kanan sampai jarum penunjuk sejajar dengan tolak |
|                                               | 3. Tidak setimbang (posisi jarum penunjuk berada di atas tolak)  | Lakukan penyetelan nol dengan memutar sekrup pada bagian bobot lawan ke arah kiri sampai jarum penunjuk sejajar dengan tolak  |



PEMERINTAH KOTA KUPANG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**BIDANG KEMETROLOGIAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang  
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

**CERAPAN SENTISIMAL**

**PENGUJIAN KEBENARAN**

| No | Langkah                                            |                                                          | Posisi Jarum Terhadap Tolok                          | Langkah Lanjutan                                        | Posisi jarum terhadap tolak | Hasil | Kesalahan (E) | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|------------|
| 1  | Naikan ATS sebesar Max pada lantai penerima muatan | Naikkan ATS sebesar 1/100 Max pada piring anak timbangan | Setimbang                                            |                                                         |                             | SAH   | 0             |            |
|    |                                                    |                                                          | Tidak setimbang (jarum penunjuk menjungkit ke bawah) | Beri imbuh sebesar BKD pada lantai muatan               | Setimbang                   | SAH   | +1 BKD        |            |
|    |                                                    |                                                          |                                                      |                                                         | Tidak sampai setimbang      | BATAL | > +1 BKD      |            |
|    |                                                    |                                                          |                                                      |                                                         | Melewati titik setimbang    | SAH   | < +1 BKD      |            |
|    |                                                    |                                                          | Tidak setimbang (jarum penunjuk menjungkit ke atas)  | Beri imbuh sebesar 1/100 BKD pada piring Anak timbangan | Setimbang                   | SAH   | +1 BKD        |            |
|    |                                                    |                                                          |                                                      |                                                         | Tidak sampai setimbang      | BATAL | > +1 BKD      |            |
|    |                                                    |                                                          |                                                      |                                                         | Melewati titik setimbang    | SAH   | < +1 BKD      |            |

Catatan : Untuk menguji timbangan Sentisimal menggunakan ATS minimal memenuhi kelas M2

**PENGUJIAN KEPEKAAN**


| Langkah                                                                                                                                                                       | Amati (Pilih Salah Satu)                           | Hasil | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|
| - Dilakukan bersamaan dengan pengujian kebenaran<br>- Pastikan timbangan dengan muatan ujinya berada pada posisi setimbang<br>- Tambahkan imbuh sebesar 1 BKD pada muatan uji | Jarum bergerak minimal 2 mm dari posisi semula     | SAH   |            |
|                                                                                                                                                                               | Jarum bergerak kurang dari 2 mm dari posisi semula | BATAL |            |
|                                                                                                                                                                               | Jarum tidak bergerak dari posisi semula            | BATAL |            |

**PENGUJIAN KEMAMPUAN ULANG**

| No | Langkah                                            |                                                          | Posisi Jarum Terhadap Tolok                          | Langkah Lanjutan                          | Posisi jarum terhadap tolak | Hasil | Kesalahan (E)             | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|
| 1  | Naikan ATS sebesar Max pada lantai penerima muatan | Naikkan ATS sebesar 1/100 Max pada piring anak timbangan | Setimbang                                            |                                           |                             | SAH   | 0                         |            |
|    |                                                    |                                                          | Tidak setimbang (jarum penunjuk menjungkit ke bawah) | Beri imbuh sebesar BKD pada lantai muatan | Setimbang                   | SAH   | $0 < E \leq + \text{BKD}$ |            |
|    |                                                    |                                                          |                                                      |                                           | Tidak sampai setimbang      | BATAL | > +1 BKD                  |            |
|    |                                                    |                                                          |                                                      |                                           | Melewati titik setimbang    | SAH   | $0 < E \leq + \text{BKD}$ |            |
|    |                                                    |                                                          | Tidak setimbang (jarum penunjuk menjungkit ke atas)  | Geser bobot insut kekanan sebesar 1 BKD   | Setimbang                   | SAH   | $- \text{BKD} \leq E < 0$ |            |
|    |                                                    |                                                          |                                                      |                                           | Tidak sampai setimbang      | BATAL | > +1 BKD                  |            |
|    |                                                    |                                                          |                                                      |                                           | Melewati titik setimbang    | SAH   | $- \text{BKD} \leq E < 0$ |            |

**PENGUJIAN EKSENTRISITAS**

Tentukan empat titi uji seperti gambar dibawah ini :



| No | Langkah                                                  |                                                | Posisi Jarum Terhadap Tolok                          | Langkah Lanjutan                          | Posisi jarum terhadap tolak | Hasil | Kesalahan (E)             | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|
| 1  | Geser bobot insut tepat pada skala maksimum gandar utama | Naikan ATS sebesar nilai maksimum gandar utama | Setimbang                                            |                                           |                             | SAH   | 0                         |            |
|    |                                                          |                                                | Tidak setimbang (jarum penunjuk menjungkit ke bawah) | Beri imbuh sebesar BKD pada lantai muatan | Setimbang                   | SAH   | $0 < E \leq + \text{BKD}$ |            |
|    |                                                          |                                                |                                                      |                                           | Tidak sampai setimbang      | BATAL | > +1 BKD                  |            |



PEMERINTAH KOTA KUPANG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**BIDANG KEMETROLOGIAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang  
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

**CERAPAN SENTISIMAL**

|  |  |                      |                                                     |                                                              |                          |       |                           |  |
|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|--|
|  |  | pada penerima muatan |                                                     |                                                              | Melewati titik setimbang | SAH   | $0 < E \leq + \text{BKD}$ |  |
|  |  |                      | Tidak setimbang (jarum penunjuk menjungkit ke atas) | Tambahkan imbuh sebesar 1/100 BKD pada piring anak timbangan | Setimbang                | SAH   | $- \text{BKD} \leq E < 0$ |  |
|  |  |                      |                                                     |                                                              | Tidak sampai setimbang   | BATAL | $> +1 \text{BKD}$         |  |
|  |  |                      |                                                     |                                                              | Melewati titik setimbang | SAH   | $- \text{BKD} \leq E < 0$ |  |

- Catatan :
- Pengujian ini dimulai dari kuadran 1
  - Timbangan dinyatakan SAH apabila hasil pengujian untuk ke 4 kuadran adalah “SAH”

**PENGUJIAN KEMIRINGAN (UNTUK TERA)**

| No | Langkah                         |                                                    | Posisi Jarum Terhadap Tolok                          | Langkah Lanjutan                                             | Posisi jarum terhadap tolak | Hasil | Kesalahan (E)             | Keterangan |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|
| 1  | Naikan ATS sekitar 50% maksimum | Naikan ATS 1/100 muatan pada piring anak timbangan | Setimbang                                            |                                                              |                             | SAH   | 0                         |            |
|    |                                 |                                                    | Tidak setimbang (jarum penunjuk menjungkit ke bawah) | Teri imbuh sebesar BKD pada lantai muatan                    | Setimbang                   | SAH   | $0 < E \leq + \text{BKD}$ |            |
|    |                                 |                                                    |                                                      |                                                              | Tidak sampai setimbang      | BATAL | $> +1 \text{BKD}$         |            |
|    |                                 |                                                    |                                                      |                                                              | Melewati titik setimbang    | SAH   | $0 < E \leq + \text{BKD}$ |            |
|    |                                 |                                                    | Tidak setimbang (jarum penunjuk menjungkit ke atas)  | Tambahkan imbuh sebesar 1/100 BKD pada piring anak timbangan | Setimbang                   | SAH   | $- \text{BKD} \leq E < 0$ |            |
|    |                                 |                                                    |                                                      |                                                              | Tidak sampai setimbang      | BATAL | $> +1 \text{BKD}$         |            |
|    |                                 |                                                    |                                                      |                                                              | Melewati titik setimbang    | SAH   | $- \text{BKD} \leq E < 0$ |            |
|    |                                 |                                                    |                                                      |                                                              |                             |       |                           |            |

- Catatan :
- Posisikan timbangan dalam keadaan miring sebesar 50/1000

**Pengujian Kebenaran Gandar (untuk Tera)**

| No | Langkah                                                   |                                                                     | Posisi Jarum Terhadap Tolok                          | Langkah Lanjutan                                             | Posisi jarum terhadap tolak | Hasil | Kesalahan (E)             | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|
| 1  | Geser bobot ingsut tepat pada skala maksimum gandar utama | Naikan ATS sebesar nilai maksimum gandar utama pada penerima muatan | Setimbang                                            |                                                              |                             | SAH   | 0                         |            |
|    |                                                           |                                                                     | Tidak setimbang (jarum penunjuk menjungkit ke bawah) | Beri imbuh sebesar BKD pada lantai muatan                    | Setimbang                   | SAH   | $0 < E \leq + \text{BKD}$ |            |
|    |                                                           |                                                                     |                                                      |                                                              | Tidak sampai setimbang      | BATAL | $> +1 \text{BKD}$         |            |
|    |                                                           |                                                                     |                                                      |                                                              | Melewati titik setimbang    | SAH   | $0 < E \leq + \text{BKD}$ |            |
|    |                                                           |                                                                     | Tidak setimbang (jarum penunjuk menjungkit ke atas)  | Tambahkan imbuh sebesar 1/100 BKD pada piring anak timbangan | Setimbang                   | SAH   | $- \text{BKD} \leq E < 0$ |            |
|    |                                                           |                                                                     |                                                      |                                                              | Tidak sampai setimbang      | BATAL | $> +1 \text{BKD}$         |            |
|    |                                                           |                                                                     |                                                      |                                                              | Melewati titik setimbang    | SAH   | $- \text{BKD} \leq E < 0$ |            |