



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN CEPAT MEJA

PENGUJIAN DILAKUKAN DALAM RANGKA

☐ TERA ☐ TERA ULANG

DATA PENGUJIAN

Nama Pemilik : Petugas:
Alamat Pemilik : 1.
Lokasi Pengujian : 2.
Tanggal Pengujian : 3.

DATA TIMBANGAN

No. Tanda Kesesuaian Tipe (Tera) :
Merek / Buatan :
Tipe :
No. Seri :
Kapasitas Maksimum :
e :

PEMERIKSAAN VISUAL

No.	Jenis Pemeriksaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Timbangan Bersih, Kering, & Tidak Berkarat			
2	Bahan & Konstruksi Sesuai (Tera)			
3	Tidak ada Alat Tambahan			

HASIL PENGUJIAN

1. Penyetelan Nol

Lantai AT	Lantai Muatan	Posisi Jarum	Cek	Keterangan
Kosong	Kosong	1. Pada skala Nol		
		Tambahkan muatan sebesar 5e pada lantai AT, jika jarum berubah di skala 5e		Telah sesuai
		2.Tidak pada skala Nol atau tidak berubah di skala 5e.		Nolkan timbangan dengan perangkat pengenol



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN CEPAT MEJA

HASIL PENGUJIAN


2. Pengujian Kebenaran

Lantai AT	Lantai Muatan	BKD	Posisi Jarum	Cek	Keterangan
Min	Kosong		1. Tepat pada skala yang sesuai AT atau menyimpang tetapi tidak melebihi BKD		Sah
		g	2. Menyimpang melebihi BKD		Batal
½ Maks	½ Maks + 5e		1. Tepat pada skala yang sesuai AT atau menyimpang tetapi tidak melebihi BKD		Sah
		g	2. Menyimpang melebihi BKD		Batal
Maks	Maks + 5e		1. Tepat pada skala yang sesuai AT atau menyimpang tetapi tidak melebihi BKD		Sah
		g	2. Menyimpang melebihi BKD		Batal

3. Pengujian Diskriminasi

Lantai AT	Lantai Muatan	Amati Posisi Jarum	Imbuh	Amati Posisi Jarum	S/B
Maks	Maks + 5e	Jika belum tepat pada skala maka lakukan penambahan imbuh pada lantai muatan sampai jarum tepat di skala		Berubah minimal sebesar 0,7 BKD	Sah
			Sebesar BKD	Berubah sebesar kurang dari 0,7 BKD	Batal

4. Pengujian Eksentrisitas



Lantai AT	Lantai Muatan	BKD	Posisi Jarum	Cek	Keterangan
1/3 Max Posisi 1	1/3 Max + 5e Posisi tengah		1. Tepat pada skala yang sesuai AT atau menyimpang tetapi tidak melebihi BKD		Sah
			2. Menyimpang melebihi BKD		Batal
1/3 Max Posisi 2	1/3 Max + 5e Posisi tengah		1. Tepat pada skala yang sesuai AT atau menyimpang tetapi tidak melebihi BKD		Sah
			2. Menyimpang melebihi BKD		Batal
1/3 Max Posisi 3	1/3 Max + 5e Posisi tengah	g	1. Tepat pada skala yang sesuai AT atau menyimpang tetapi tidak melebihi BKD		Sah
			2. Menyimpang melebihi BKD		Batal
1/3 Max Posisi 4	1/3 Max + 5e Posisi tengah		1. Tepat pada skala yang sesuai AT atau menyimpang tetapi tidak melebihi BKD		Sah
			2. Menyimpang melebihi BKD		Batal



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN CEPAT MEJA

HASIL PENGUJIAN

5. Pengujian Kemampuan Ulang

Lantai AT	Lantai Muatan	Ke-	Amati Posisi Jarum	Bentang Kesalahan	BKD	Ket.
Maks	Maks + 5e	1				Sah/ Batal
		2				
		3		g	g	