



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK

PENGUJIAN DILAKUKAN DALAM RANGKA

☐ TERA ☐ TERA ULANG

Pemeriksaan Visual dan Pengujian

DATA PENGUJIAN

Nama Pemilik	:		Petugas:
Alamat Pemilik	:		1.
Lokasi Timbangan	:		2.
Tanggal Pengujian	:		3.
Metode	:	Beban Substitusi Tunggal	4.

DATA TIMBANGAN

Kelas Keakurasian	:	
Kapasitas Maksimum (maks)	:	kg
Kapasitas Minimum (min)	:	kg
Interval skala verifikasi (e)	:	kg
Merek	:	
Negara pembuat (jika ada)	:	
Tipe/Model	:	
Nomor Seri	:	

PEMERIKSAAN VISUAL

No.	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Tanda Tera			
2.	Alat Penunjuk Kedataran			
3.	Bersih dan Siap Uji			
4.	Sesuai Persetujuan Tipe yang Berlaku			

HASIL PENGUJIAN

1. <u>PENGUJIAN KEMAMPUAN ULANG (Repeatability)</u>			
Sekitar 50% Maks :		kg	
I₀ (kg)	I_L (kg)	ΔL (kg)	P = (I_L + 0,5e - ΔL) kg
R = P _{maks} - P _{min} = kg			
BKD = ± kg			
R ≤ BKD			
Kesimpulan :			
☐ SAH ☐ BATAL			

F.C.2-06.2.16.1.5



CERAPAN TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK

HASIL PENGUJIAN

2. PENGUJIAN KEBENARAN

No	Muatan (kg)			Penunjukan (kg)			Kesalahan Timbangan (kg) E= P-L	BKD (kg)	Kesimpulan
	Standar	Ballast	L (Standar + Ballast)	I _L	ΔL	P = I _L + 0,5e - ΔL			
1									
2									
3									
4									
5		B1							
6		B2							
7		B3							
8		B4							
9		B5							
10		B6							

Kesimpulan :

☐ SAH ☐ BATAL

3. PENGUJIAN EKSENTRISITAS

Sekitar 1/3 max		1 2 3			BKD =	
					Kesimpulan : ☐ SAH ☐ BATAL	
Posisi	Muatan L (kg)	Penunjukan I _L (kg)	Imbuh ΔL (kg)		Kesalahan Penunjukan (kg) E = I _L + 0,5e - ΔL - L	
1						
2						
3						



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK

4. PENGUJIAN PENYETEL NOL

Setel nol	Muatan 10e (kg)	Penunjukan Timbangan (kg)		
		Awal	+ 0,25e	+ 0,5e

Kesimpulan : ☐ SAH ☐ BATAL

Keterangan : Penyetel nol semi otomatis

5. PENGUJIAN PENYETEL TARA (Untuk Tera)

Kegiatan	Penunjukan (kg)
Setel Nol	
Muatan Tara (20% Max)	
Aktifkan Tara	
+ muatan 10e	
+ imbuh 0,25e	
+ imbuh 0,5e	

Kesimpulan : ☐ SAH ☐ BATAL

BKD (kg)	MUATAN (kg)	HASIL KESELURUHAN	
		☐ SAH ☐ BATAL	KETERANGAN :