



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN MEJA

PENGUJIAN DILAKUKAN DALAM RANGKA

☐ TERA ☐ TERA ULANG

DATA PENGUJIAN

Nama Pemilik : Petugas:
Alamat Pemilik : 1.
Lokasi Pengujian : 2.
Tanggal Pengujian : 3.

DATA TIMBANGAN

No. Tanda Kesesuaian Tipe (Tera) :
Merek / Buatan :
Tipe :
No. Seri :
Kapasitas Maksimum :
e :

PEMERIKSAAN VISUAL

No.	Jenis Pemeriksaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Timbangan Bersih, Kering, & Tidak Berkarat			
2	Bahan & Konstruksi Sesuai			
3	Tidak ada alat tambahan			

HASIL PENGUJIAN

1. Penyetelan Nol									
Lantai AT	Tembor	Posisi Tolok			Cek	Keterangan			
Kosong	Kosong	1. Setimbang				Baik			
		2. Tolok pada lantai AT jungkit keatas				Tambahkan timah pada mangkok penyetel nol sampai tolak setimbang			
		3. Tolok pada lantai AT jungkit kebawah				Kurangkan timah pada mangkok penyetel nol sampai tolak setimbang			

2. Pengujian Kebenaran									
Lantai AT	Tembor	BKD	Posisi Tolok	Cek	Imbuh	Posisi Tolok	Keterangan		
							Cek	Hasil	
Max	Max	(Max / 1000)	1. Setimbang					Sah	
			2. Tolok menjungkit keatas		Tambah Imbuh sebesar BKD	Setimbang/Lewat titik setimbang		Sah	
						Tidak lewat titik setimbang		Batal	



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN MEJA

3. Pengujian Eksentrisitas

Lantai AT	Tembor	BKD	Posisi Tolok	Cek	Imbuh	Posisi Tolok	Keterangan	
							Cek	Hasil
1/3 Max Posisi 1	1/3 Max Posisi tengah	$BKD\ Tera = \frac{Max + 2m}{3000}$	1. Setimbang					Sah
			2. Tolok menjungkit keatas	Tambah Imbuh sebesar BKD	Setimbang/Lewat titik setimbang		Sah	
					Tidak lewat titik setimbang		Batal	
1/3 Max Posisi 2	1/3 Max Posisi tengah		1. Setimbang					Sah
			2. Tolok menjungkit keatas	Tambah Imbuh sebesar BKD	Setimbang/Lewat titik setimbang		Sah	
					Tidak lewat titik setimbang		Batal	
1/3 Max Posisi 3	1/3 Max Posisi tengah		1. Setimbang					Sah
			2. Tolok menjungkit keatas	Tambah Imbuh sebesar BKD	Setimbang/Lewat titik setimbang		Sah	
					Tidak lewat titik setimbang		Batal	
1/3 Max Posisi 4	1/3 Max Posisi tengah		1. Setimbang					Sah
			2. Tolok menjungkit keatas	Tambah Imbuh sebesar BKD	Setimbang/Lewat titik setimbang		Sah	
					Tidak lewat titik setimbang		Batal	

4. Pengujian Kepekaan

Lantai AT	Tembor	BKD	Posisi Awal Tolok	Cek	Imbuh	Perubahan Tolok	Keterangan	
							Cek	Hasil
Max	Max	(Max / 1000)	1. Setimbang		Tambah Imbuh sebesar BKD	Berubah 2 mm atau lebih dari posisi awal		Sah
			2. Tolok menjungkit keatas			Berubah kurang dari 2 mm dari posisi awal		Batal

5. Pengujian Kemampuan Ulang

Lantai AT	Tembor	Kondisi	Posisi Tolok	Imbuh BKD	Posisi Tolok	Keterangan		
Max	Max	1	Setimbang			E = 0		
		2	Tolok Tembor menjungkit keatas	imbuh BKD pada tembor	a. Setimbang	E = + BKD		
					b. Tidak Sampai	E > + BKD, Batal		
					c. Melewati	E < + BKD		
		3	Tolok Tembor menjungkit kebawah	imbuh BKD pada lantai AT	a. Setimbang	E = - BKD		
					b. Tidak Sampai	E > - BKD		
					c. Melewati	E < - BKD		
Penimbangan ke-		Kondisi penimbangan	Kesalahan (E)	Bentangan Kesalahan	Keterangan			
1					≤ BKD	Sah	> BKD	Batal
2								
3								