



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN PEGAS

PENGUJIAN DILAKUKAN DALAM RANGKA

☐ TERA ☐ TERA ULANG

DATA PENGUJIAN

Nama Pemilik : Petugas:
Alamat Pemilik : 1.
Lokasi Pengujian : 2.
Tanggal Pengujian : 3.

DATA TIMBANGAN

No. Tanda Kesesuaian Tipe (Tera) :
Merek / Buatan :
Tipe :
No. Seri :
Kapasitas Maksimum :
e :

PEMERIKSAAN VISUAL

No.	Jenis Pemeriksaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Timbangan Bersih, Kering, & Tidak Berkarat			
2	Bahan & Konstruksi Sesuai			
3	Tidak ada alat tambahan			

HASIL PENGUJIAN

1. Penyetelan Nol

Lantai Muatan	Posisi Jarum Penunjuk	Cek	Keterangan
Kosong	1. Tepat pada skala nol		Baik
	2. Menyimpang ke kiri		Putar sekrup penyetel nol searah jarum jam
	3. Menyimpang ke kanan		Putar sekrup penyetel nol berlawanan arah jarum jam



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN PEGAS

HASIL PENGUJIAN

2. Pengujian Kebenaran

Lantai Muatan	BKD	Penyimpangan Jarum Penunjuk	Keterangan	Hasil	
Min			Kesalahan penunjukan tidak melebihi BKD	Sah	
			Kesalahan penunjukan melebihi BKD		Batal
50% Maks			Kesalahan penunjukan tidak melebihi BKD	Sah	
			Kesalahan penunjukan melebihi BKD		Batal
Maks - 5e			Kesalahan penunjukan tidak melebihi BKD	Sah	
			Kesalahan penunjukan melebihi BKD		Batal

3. Pengujian Diskriminasi

Lantai Muatan	BKD	Posisi Jarum Penunjuk	Cek	Imbuh	Perubahan Jarum Penunjuk	Keterangan	
						Cek	Hasil
Maks - 5e		1. Setimbang		Tambah Imbuh sebesar BKD	Berubah minimal 0,7 BKD		Sah
		2. Penunjukkan kurang			Tidak bergerak		Batal
		3. Penunjukkan melebihi			Bergerak kurang dari 0,7 BKD		Batal

4. Pengujian Kemampuan Ulang

Lantai Muatan	Kondisi	Posisi Jarum Penunjuk	Perlakuan	Keterangan	Hasil	
0,8 Maks	1			Kesalahan penunjukan tidak melebihi BKD	Sah	
				Kesalahan penunjukan melebihi BKD		Batal
	2			Kesalahan penunjukan tidak melebihi BKD	Sah	
				Kesalahan penunjukan melebihi BKD		Batal
	3			Kesalahan penunjukan tidak melebihi BKD	Sah	
				Kesalahan penunjukan melebihi BKD		Batal



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN PEGAS

HASIL PENGUJIAN

5. Pengujian Eksentrisitas



Lantai Muatan	BKD	Posisi Jarum Penunjuk	Cek	Keterangan	Hasil	
1/3 Maks Posisi 1				Kesalahan penunjukan tidak melebihi BKD	Sah	
				Kesalahan penunjukan melebihi BKD		Batal
1/3 Maks Posisi 2				Kesalahan penunjukan tidak melebihi BKD	Sah	
				Kesalahan penunjukan melebihi BKD		Batal
1/3 Maks Posisi 3				Kesalahan penunjukan tidak melebihi BKD	Sah	
				Kesalahan penunjukan melebihi BKD		Batal
1/3 Maks Posisi 4				Kesalahan penunjukan tidak melebihi BKD	Sah	
				Kesalahan penunjukan melebihi BKD		Batal