

TOMMASI LABORATÓRIO

Formulário de Registro

Manutenção da Estação de Água do Equipamento Olympus 680

Código:
FR 011
Versão:
1.0
Página:
1 de 1

PLANILHA DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO EQUIPAMENTO OLYMPUS 680														
ANO:			MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CCBI10/2-5MLA – Filtro de carvão ativado compacto 10" declonador - 5 micras (45dias)														
CPLI10/2-1MLC – Elemento pré filtro 1 mícron 10" (30dias)														
CPLI20/2-5MLC – Pré filtro de polipropileno liso-5 micras de 10" (30dias)														
CPLI20/2-5MLC – Pré filtro de polipropileno liso-5 micras de 20" (30dias)														
CVR20/2K - Cápsula resina 2 Litros (60dias)														
CPLI20/2-PT12AK – Pré filtro big 20"														