



DISTRIBUTED BY :
PT. BERITO JAYA MEDIKA
Jl. Achmad Jais No.34 Ruko Grand Achmad
Jais Blok C-2, Peneleh, Kec. Genteng,
Surabaya, Jawa Timur 60274
KEMENKES RI AKD XXXXXXXXXX

TOO CARE SPIROMETER DIGITAL

TCSD-101

51%
TKDN
Tingkat Komponen Dalam Negeri



	Enter patient name			information	History report
	Name	Sex	Age	Latest Time	
	DEMO-3	Male	39	2022-11-12	Base ID : 00000001
	DEMO-2	Female	38	2022-10-15	Name : DEMO-1
	DEMO-1	Female	38	2022-11-12	Sex : Female
					Age : 38 Year
					Height : 162 cm
					Weight : 65 kg
					Outpatient No. :
					Predict : ECCS
					Department :
					Bed No. :
					Tel. :
					IDCard :
					Smoke : Never

DETAIL LAYAR

DESCRIPTION

FITUR

- Layar extra besar 10.1" touchscreen untuk kemudahan operasi
- Tampilan trend lengkap dengan kapasitas memori besar
- Memberikan data akurat dengan respons sensitif, memudahkan monitoring
- Desain compact dan ergonomis, siap digunakan kapan saja dengan mobilitas tinggi
- Terintegrasi printer extra besar dengan lebar kertas ukuran 210mm untuk kelengkapan laporan pasien.
- Jenis pemeriksaan : tes FVC, tes VC, tes MVV, tes MV

STANDAR KONFIGURASI

- Main unit
- Power cord
- Probe
- Recording paper
- Grounding Cable
- Mouth Piece

SPESIFIKASI DASAR

- | | |
|--|--|
| • Input daya | : AC 100 – 220V / 50 Hz |
| • Baterai | : Lithium DC 24V/1,25A |
| • Berat Kotor | : ±4 Kg |
| • Dimensi Perangkat | : 340 (panjang) x 320 mm (lebar) x 86 mm (tinggi) |
| • Metode uji | : Differential pressure |
| • Jenis Tes | : Tes Forced Vital Capacity (FVC),
Tes Vital Capacity (VC),
Tes Maximal Voluntary Ventilation (MVV),
Tes Minute Ventilation (MV), |
| • Rentang volume | : 0 L ~ 10 L (nilai PVF, BTPS) |
| • Rentang flow rate | : 0 L/s ~ 16 L/s (nilai PBF, BTPS) |
| • Akurasi volume | : ±3% atau 0,05 L |
| • Akurasi aliran | : ±5% atau ± 0,17 L/s |
| • Impedansi aliran | : <0,35KPa/(L/s) |
| • Jenis perlindungan terhadap sengatan listrik | : Kelas I |
| • Jenis perlindungan part yang diaplikasikan | : BF |