



DISTRIBUTED BY :
PT. BERITO JAYA MEDIKA
Jl. Achmad Jais No.34 Ruko Grand Achmad
Jais Blok C-2, Peneleh, Kec. Genteng,
Surabaya, Jawa Timur 60274
KEMENKES RI AKD 10403620135

TOO CARE VIDEO LARINGOSCOPE 4,5"

TCVL-45



36%
TKDN
Tingkat Komponen Dalam Negeri



MAC 1



MAC 2



MILO




MILOO



MAC 3



MAC 4



D-BLADE



DETAIL KONEKTOR



+62 813-3638-5959



@beritojayamedika



beritojayamedika@gmail.com



TOO CARE VIDEO LARINGOSCOPE 4,5"



DESCRIPTION

FITUR

- Portabel dan mudah digunakan
- Tampilan layar 4.5 inch
- Didukung oleh baterai yang dapat diisi ulang menggunakan socket Type C
- Dilengkapi layar sentuh yang nyaman untuk perintah, video, gambar dan informasi
- Display dapat ditekuk hingga 150 derajat dan diputar hingga 270 derajat

STANDAR KONFIGURASI

- Main unit
- Visual blade metal
- Holde
- Tutup tahan air
- Adaptor daya
- Kabel pengisi daya
- Buku manual

SPESIFIKASI DASAR

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Berat kotor | : ± 2~2.5kg |
| • Ukuran kemasan | : ± 350mm×260 mm×100mm |
| • Tipe | : LCD |
| • Ukuran | : 4.5 inci |
| • Aspek rasio | : 16:9 |
| • Refresh rate | : 30FPS |
| • Resolusi | : 1280 x 720P |
| • Aspek rasio | : 16:9 |
| • Kapasitas penyimpanan | : 16GB, Maksimum S 64GB |
| • Jumlah lampu indikator | : 2 |
| • Power adapter input | : 100~240 Vac~ 50/60 Hz, 0.5A |
| • Max power adapter output | : 5 Vdc, 2A |
| • Display host external input | : 5 Vdc, 2A |
| • Internal power supply | : 3.7 Vdc, baterai Lithium-ion, 3500 mAh |
| • Kondisi penyimpanan | : Ruangan dengan ventilasi yang baik yang terlindung dari gas korosif |
| • Sudut putar tampilan | : Vertikal: 0°~150°; Horizontal: 0°~270° |
| • Jarak kerja | : 15~70mm |
| • Sudut pandang | : ≥ 60° |
| • Pencahayaan dari sumber cahaya | : >1000lx, h=30mm |
| • Fungsi khusus | : Fotografi, perekaman video, dan penyimpanan |
| • Fungsi anjuran | : Baterai lemah |



+62 813-3638-5959



@beritojayamedika



beritojayamedika@gmail.com