Cours de Physique des Capteurs : Introduction

A. Arciniegas N. Wilkie-Chancellier G. Sauderais

IUT Cergy-Pontoise, Dep GEII, site de Neuville







Plan du cours

Avant propos

2 Introduction à la Physique et l'Électronique des Capteurs

Introduction à la Métrologie

Pré-requis

- Effectuer une analyse dimensionnelle;
- Appliquer les concepts fondamentaux de la physique : forces, énergie ;
- Utiliser les méthodes d'analyse des systèmes électriques/électroniques ;

Pré-requis

- Effectuer une analyse dimensionnelle;
- Appliquer les concepts fondamentaux de la physique : forces, énergie ;
- Utiliser les méthodes d'analyse des systèmes électriques/électroniques;

Contenu et objectifs

Première partie: Caractéristiques métrologiques des dispositifs constitutifs de la chaîne de mesure

- Identifier les caractéristiques d'un capteur et d'une chaîne de mesure
- Déterminer les performances d'un capteur
- Choisir un capteur suivant un cahier des charges

Pré-requis

- Effectuer une analyse dimensionnelle;
- Appliquer les concepts fondamentaux de la physique : forces, énergie ;
- Utiliser les méthodes d'analyse des systèmes électriques/électroniques;

Contenu et objectifs

Deuxième partie: Conditionneurs et amplificateurs

- Identifier les principaux montages de conditionnement de capteurs passifs
- Différencier un conditionneur de capteur et de signal
- Prendre conscience des non linéarités et leurs corrections

(CYU) Physique des Capteurs 4/1

Pré-requis

- Effectuer une analyse dimensionnelle;
- Appliquer les concepts fondamentaux de la physique : forces, énergie ;
- Utiliser les méthodes d'analyse des systèmes électriques/électroniques;

Contenu et objectifs

Troisième partie: Capteurs et instrumentations

- S'informer sur les capteurs et instrumentations industrielles
- Comprendre la physique d'un capteur et son conditionnement
- Corriger une non linéarité à l'aide d'un montage électronique

(CYU) Physique des Capteurs 4/1¹

Pré-requis

- Effectuer une analyse dimensionnelle;
- Appliquer les concepts fondamentaux de la physique : forces, énergie ;
- Utiliser les méthodes d'analyse des systèmes électriques/électroniques;

Contenu et objectifs

Première partie: Caractéristiques métrologiques des dispositifs constitutifs de la chaîne de mesure

Deuxième partie: Conditionneurs et amplificateurs

Troisième partie: Capteurs et instrumentations

Déroulement du module (25 heures)

- Cours
- Séances de TD
- Évaluations : DS, DM...

Chaîne d'acquistion

Définition : Une chaîne d'acquisition est un système électronique qui recueille les informations nécessaires à la connaissance et au contrôle d'un procédé ; elle délivre ces informations sous une forme appropriée à leur exploitation.

Chaîne d'acquistion

Définition : Une chaîne d'acquisition est un système électronique qui recueille les informations nécessaires à la connaissance et au contrôle d'un procédé ; elle délivre ces informations sous une forme appropriée à leur exploitation.

Elle est composée de différents blocs fonctionnels :

Extraction de l'information : capteur (Physique)



Chaîne d'acquistion

Définition : Une chaîne d'acquisition est un système électronique qui recueille les informations nécessaires à la connaissance et au contrôle d'un procédé ; elle délivre ces informations sous une forme appropriée à leur exploitation.

- Extraction de l'information : capteur (Physique)
- Conversion en signal utile : conditionneur (Électronique)



Chaîne d'acquistion

Définition: Une chaîne d'acquisition est un système électronique qui recueille les informations nécessaires à la connaissance et au contrôle d'un procédé; elle délivre ces informations sous une forme appropriée à leur exploitation.

- Extraction de l'information : capteur (Physique)
- Conversion en signal utile : conditionneur (Électronique)
- Traitement analogique du signal: amplificateurs (d'instrumentation) et filtres



Chaîne d'acquistion

Définition: Une chaîne d'acquisition est un système électronique qui recueille les informations nécessaires à la connaissance et au contrôle d'un procédé; elle délivre ces informations sous une forme appropriée à leur exploitation.

- Extraction de l'information : capteur (Physique)
- Conversion en signal utile : conditionneur (Électronique)
- Traitement analogique du signal : amplificateurs (d'instrumentation) et filtres
- Électronique de mise en forme : linéarisation, interfaçage...



Chaîne d'acquistion

Définition: Une chaîne d'acquisition est un système électronique qui recueille les informations nécessaires à la connaissance et au contrôle d'un procédé; elle délivre ces informations sous une forme appropriée à leur exploitation.

- Extraction de l'information : capteur (Physique)
- Conversion en signal utile : conditionneur (Électronique)
- Traitement analogique du signal : amplificateurs (d'instrumentation) et filtres
- Électronique de mise en forme



Introduction à la Physique et l'Électronique des Capteurs

Table ronde

Vous possédez un téléphone portable, il est un système électronique complexe :





Table ronde

Vous possédez un téléphone portable, il est un système électronique complexe :



Quels sont les capteurs dont il dispose?

Capteurs dans un téléphone portable courant :

• Capteur de gravité ou Accéléromètre

- Capteur de gravité ou Accéléromètre
- Capteur de champ magnétique ou Magnétomètre

- Capteur de gravité ou Accéléromètre
- Capteur de champ magnétique ou Magnétomètre
- Capteur de luminosité ou *Photomètre*

- Capteur de gravité ou Accéléromètre
- Capteur de champ magnétique ou Magnétomètre
- Capteur de luminosité ou *Photomètre*
- Capteur de position ou GPS

- Capteur de gravité ou Accéléromètre
- Capteur de champ magnétique ou Magnétomètre
- Capteur de luminosité ou *Photomètre*
- Capteur de position ou GPS
- Capteur de proximité ou PIR

Capteurs dans un téléphone portable courant :

- Capteur de gravité ou Accéléromètre
- Capteur de champ magnétique ou Magnétomètre
- Capteur de luminosité ou Photomètre
- Capteur de position ou GPS
- Capteur de proximité ou PIR

Votre téléphone est un laboratoire portable: https://phyphox.org/

Capteur (Physique)

Dispositif qui soumis à l'action d'un phénomène physique présente une caractéristique de nature électrique.

Capteur (Physique)

Dispositif qui soumis à l'action d'un phénomène physique présente une caractéristique de nature électrique.

En tant qu'élément de circuit électrique, le capteur se présente, vu de sa sortie, soit comme :

Capteur (Physique)

Dispositif qui soumis à l'action d'un phénomène physique présente une caractéristique de nature électrique.

En tant qu'élément de circuit électrique, le capteur se présente, vu de sa sortie, soit comme :

générateur → capteur actif

Capteur (Physique)

Dispositif qui soumis à l'action d'un phénomène physique présente une caractéristique de nature électrique.

En tant qu'élément de circuit électrique, le capteur se présente, vu de sa sortie, soit comme :

- générateur → capteur actif
- ullet impédance o capteur passif

Capteurs actifs

Remarque

Capteur actif : transforme une énergie d'entrée en énergie électrique en sortie ; délivre directement un signal électrique.

| Grandeur d'entrée | Effet utilisé | Grandeur de sortie |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Température | Thermoélectricité | Tension |
| | Pyroélectricité | Charge |
| Flux de | Photoémission | Courant |
| rayonnement optique | Effet photovoltaïque | Tension |
| | Effet photoélectromagnétique | Tension |
| Force | | |
| Pression | Piézoélectricité | Charge |
| Accélération | | |
| Vitesse | Induction électromagnétique | Tension |
| Position (aimant) | Effet Hall | Tension |

Capteurs passifs

Remarque

Capteur passif : nécessite un circuit de conditionnement afin d'extraire le signal électrique image des variations d'impédance.

| Grandeur d'entrée | Caractéristique électrique sensible | Matériaux utilisés |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Température | Résistivité | Métaux |
| Très basse température | Constante diélectrique | Verres |
| Flux de rayonnement optique | Résistivité | Semi-conducteurs |
| Déformation | Résistivité | Alliages de Ni, Si dopé. |
| | Perméabilité magnétique | Alliages ferromagnétiques |
| Position (aimant) | Résistivité | Matériaux magnéto-résistants |
| Humidité | Résistivité | Chlorure de lithium |
| | Constante diélectrique | Alumine ; polymères |
| Niveau | Constante diélectrique | Liquides isolants |

Pour des raisons de coût ou de facilité d'exploitation, on peut être amené à effectuer une mesure indirecte d'un phénomène physique.

Pour des raisons de coût ou de facilité d'exploitation, on peut être amené à effectuer une mesure indirecte d'un phénomène physique.

Corps d'épreuve

Dispositif qui soumis à la grandeur physique étudiée en assure une première traduction en une autre grandeur physique non-électrique.

Cette grandeur secondaire peut être traduite grandeur électrique par un capteur adéquat.

Pour des raisons de coût ou de facilité d'exploitation, on peut être amené à effectuer une mesure indirecte d'un phénomène physique.

Corps d'épreuve

Dispositif qui soumis à la grandeur physique étudiée en assure une première traduction en une autre grandeur physique non-électrique.

Cette grandeur secondaire peut être traduite grandeur électrique par un capteur adéquat.

Capteur composite

Ensemble formé par le corps d'épreuve et un capteur actif ou passif.

Pour des raisons de coût ou de facilité d'exploitation, on peut être amené à effectuer une mesure indirecte d'un phénomène physique.


Corps d'épreuve

Dispositif qui soumis à la grandeur physique étudiée en assure une première traduction en une autre grandeur physique non-électrique.

Cette grandeur secondaire peut être traduite grandeur électrique par un capteur adéquat.

Capteur composite

Ensemble formé par le corps d'épreuve et un capteur actif ou passif.



Pour des raisons de coût ou de facilité d'exploitation, on peut être amené à effectuer une mesure indirecte d'un phénomène physique.


Corps d'épreuve

Dispositif qui soumis à la grandeur physique étudiée en assure une première traduction en une autre grandeur physique non-électrique.

Cette grandeur secondaire peut être traduite grandeur électrique par un capteur adéquat.

Capteur composite

Ensemble formé par le corps d'épreuve et un capteur actif ou passif.



ightarrow Très utilisés pour la mesure de grandeurs mécaniques !

Cas particulier: Capteurs intégrés

Capteur intégré

Composant réalisé par les techniques de la Microélectronique et qui regroupe sur un substrat de silicium commun :

Capteur intégré

Composant réalisé par les techniques de la Microélectronique et qui regroupe sur un substrat de silicium commun :

le capteur proprement dit

Capteur intégré

Composant réalisé par les techniques de la Microélectronique et qui regroupe sur un substrat de silicium commun :

- le capteur proprement dit
- le corps d'épreuve éventuel

Capteur intégré


Composant réalisé par les techniques de la Microélectronique et qui regroupe sur un substrat de silicium commun :

- le capteur proprement dit
- le corps d'épreuve éventuel
- des circuits électroniques de conditionnement du signal

Capteur intégré

Composant réalisé par les techniques de la Microélectronique et qui regroupe sur un substrat de silicium commun :


- le capteur proprement dit
- le corps d'épreuve éventuel
- des circuits électroniques de conditionnement du signal




Capteur intégré

Composant réalisé par les techniques de la Microélectronique et qui regroupe sur un substrat de silicium commun :

- le capteur proprement dit
- le corps d'épreuve éventuel
- des circuits électroniques de conditionnement du signal







Accéléromètre intégré (d'après G. Asch)

Capteur intégré

Composant réalisé par les techniques de la Microélectronique et qui regroupe sur un substrat de silicium commun :

- le capteur proprement dit
- le corps d'épreuve éventuel
- des circuits électroniques de conditionnement du signal





Accéléromètre intégré (d'après G. Asch)

→ Comme ceux dans vos téléphones (capteurs MEMS)!

Capteur intelligent

on parle quelquefois de capteur smart

Capteur intelligent

- on parle quelquefois de capteur smart
- instrument en technologie numérique

Capteur intelligent

- on parle quelquefois de capteur smart
- instrument en technologie numérique
- sa cellule de mesure permet d'acquérir la(es) grandeur(s) issue(s) du procédé

Capteur intelligent

- on parle quelquefois de capteur smart
- instrument en technologie numérique
- sa cellule de mesure permet d'acquérir la(es) grandeur(s) issue(s) du procédé
- intègre un ou plusieurs capteurs permettant de mesurer des perturbations!

Capteur intelligent

- on parle quelquefois de capteur smart
- instrument en technologie numérique
- sa cellule de mesure permet d'acquérir la(es) grandeur(s) issue(s) du procédé
- intègre un ou plusieurs capteurs permettant de mesurer des perturbations!




Schéma de principe d'un capteur intelligent Transmetteur de pression Rosemount modèle 2051 (d'après G. Asch)

Le raccordement de capteurs industriels aux automates et systèmes de supervision s'effectue en utilisant des *standards* ou *protocoles*.

Le raccordement de capteurs industriels aux automates et systèmes de supervision s'effectue en utilisant des *standards* ou *protocoles*.

Liaison point à point

Le signal délivré par l'instrument (transmetteur) est analogique de 4-20 mA, ou éventuellement de :

Le raccordement de capteurs industriels aux automates et systèmes de supervision s'effectue en utilisant des *standards* ou *protocoles*.

Liaison point à point

Le signal délivré par l'instrument (transmetteur) est analogique de 4-20 mA, ou éventuellement de :

- 0-20 mA
- 0-10 V
- 0-5 V (niveaux TTL)

Le raccordement de capteurs industriels aux automates et systèmes de supervision s'effectue en utilisant des *standards* ou *protocoles*.

Liaison point à point

Le signal délivré par l'instrument (transmetteur) est analogique de 4-20 mA, ou éventuellement de :

- 0-20 mA
- 0-10 V
- 0-5 V (niveaux TTL)

Protocole HART (Highway Addressable Remote Transducer): solution permettant la transmission des données supplémentaires par superposition d'un signal numérique au signal analogique.

Le raccordement de capteurs industriels aux automates et systèmes de supervision s'effectue en utilisant des *standards* ou *protocoles*.

Liaison point à point

Le signal délivré par l'instrument (transmetteur) est analogique de 4-20 mA, ou éventuellement de :

- 0-20 mA
- 0-10 V
- 0-5 V (niveaux TTL)

Protocole HART (Highway Addressable Remote Transducer): solution permettant la transmission des données supplémentaires par superposition d'un signal numérique au signal analogique.

Bus de terrain

Il est constitué d'un câble sur lesquels vont circuler les données échangées par les différents capteurs (raccordement de capteurs entièrement numériques). Les plus utilisés :

Le raccordement de capteurs industriels aux automates et systèmes de supervision s'effectue en utilisant des *standards* ou *protocoles*.

Liaison point à point

Le signal délivré par l'instrument (transmetteur) est analogique de 4-20 mA, ou éventuellement de :

- 0-20 mA
- 0-10 V
- 0-5 V (niveaux TTL)

Protocole HART (Highway Addressable Remote Transducer): solution permettant la transmission des données supplémentaires par superposition d'un signal numérique au signal analogique.

Bus de terrain

Il est constitué d'un câble sur lesquels vont circuler les données échangées par les différents capteurs (raccordement de capteurs entièrement numériques). Les plus utilisés :

- Modbus
- ProbusDP/PA
- Fieldbus Foundation

Introduction à la Métrologie

Mesurer: déjà vu



« À moins qu'une chose ne puisse être définie par la mesure, elle n'a pas sa place dans une théorie.» Richard Feynman

Mesurer: déjà vu



« À moins qu'une chose ne puisse être définie par la mesure, elle n'a pas sa place dans une théorie.» Richard Feynman

La Physique est basée sur la **mesure** qui consiste à comparer une grandeur physique à une valeur de référence de cette grandeur.

Vocabulaire

Généralités

- **Mesurande**: Grandeur physique objet de la mesure, notée *m*.
- Mesurage: Ensemble d'opérations expérimentales qui concourent à la connaissance de la valeur numérique du mesurande.

Vocabulaire

Généralités

- **Mesurande** : Grandeur physique objet de la mesure, notée *m*.
- Mesurage: Ensemble d'opérations expérimentales qui concourent à la connaissance de la valeur numérique du mesurande.

Capteur (Métrologie)

Dispositif qui, soumis à l'action d'un mesurande non électrique, présente une caractéristique de nature électrique désignée par s et qui est fonction du mesurande:

$$s = f(m)$$

- s est la grandeur de sortie ou réponse du capteur
- m est la grandeur d'entrée ou excitation

Étalonnage

Opération permettant de déterminer la relation existant entre un ensemble de valeurs de m (connues avec précision) et les valeurs correspondantes de s.

Étalonnage

Opération permettant de déterminer la relation existant entre un ensemble de valeurs de m (connues avec précision) et les valeurs correspondantes de s.

Courbe d'étalonnage

À toute valeur mesurée de s, elle permet d'associer la valeur de m qui la détermine. Dans l'idéal, elle doit être une relation affine :

$$s = Sm$$


Étalonnage

Opération permettant de déterminer la relation existant entre un ensemble de valeurs de m (connues avec précision) et les valeurs correspondantes de s.

Courbe d'étalonnage

À toute valeur mesurée de s, elle permet d'associer la valeur de m qui la détermine. Dans l'idéal, elle doit être une relation affine :

$$s = Sm$$



avec S est la **sensibilité** du capteur.


Étalonnage

Opération permettant de déterminer la relation existant entre un ensemble de valeurs de m (connues avec précision) et les valeurs correspondantes de s.

Courbe d'étalonnage

À toute valeur mesurée de s, elle permet d'associer la valeur de m qui la détermine. Dans l'idéal, elle doit être une relation affine :

$$s = Sm$$



avec S est la sensibilité du capteur. Elle dépend :

- de la valeur de m (linéarité)
 - de la fréquence de variation de *m* (bande passante)


Étalonnage

Opération permettant de déterminer la relation existant entre un ensemble de valeurs de m (connues avec précision) et les valeurs correspondantes de s.

Courbe d'étalonnage

À toute valeur mesurée de s, elle permet d'associer la valeur de m qui la détermine. Dans l'idéal, elle doit être une relation affine :

$$s = Sm$$



avec S est la sensibilité du capteur. Elle dépend :

- de la valeur de m (linéarité)
- de la fréquence de variation de *m* (bande passante)
- du temps (vieillissement);


Étalonnage

Opération permettant de déterminer la relation existant entre un ensemble de valeurs de m (connues avec précision) et les valeurs correspondantes de s.

Courbe d'étalonnage

À toute valeur mesurée de s, elle permet d'associer la valeur de m qui la détermine. Dans l'idéal, elle doit être une relation affine :

$$s = Sm$$



avec S est la sensibilité du capteur. Elle dépend :

- de la valeur de m (linéarité)
- de la fréquence de variation de *m* (**bande passante**)
- du temps (vieillissement);
- des perturbations (grandeurs d'influence)